

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Датчик для BIS монитора

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав (комплектация) медицинских изделий	Ед. изм.	Количество
1	Электрод биспектрального индекса для взрослых	Одноразовый	шт	70
2	Электрод биспектрального индекса для детей и новорожденных	Одноразовый	шт	30

2. Технические требования:

2.1. Совместим с мониторами биспектрального индекса Cerebral State Monitor

2.2. Однократного применения, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.
