

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация):

1.1. Набор ремней для позиционирования пациентов.


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Количество ремней для позиционирования пациентов не менее 3.
- 2.2. Ремни обязаны быть *максимального размера*;
- 2.3. Ширина одного из ремней для позиционирования пациентов не менее 15 см.
- 2.4. Полная совместимость с рентгеновским компьютерным томографом Ventum 128.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.


Разработчики технических требований:

Врач-рентгенолог (заведующий отделением)
рентгеновского отделения



А.А. Кунцевич

Инженер II категории отдела инженерного
обеспечения медицинского оборудования



М.Д. Сироч

Врач-рентгенолог кабинета рентгенокомпьютерной
диагностики рентгеновского отделения



В.И. Михеев