



АДВИН

Закрытое Акционерное Общество «АДВИН Смарт Фэктори»
ул. Сетинского 7, 220075, Минск
Тел. Факс: +375 (17) 449-0800
E-mail: info@advin-group.com
+375 (17) 449-0056

Отдел
компьютерных
технологий

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ №1229		от 04.08.2026	☐ Гарантийный аппарат	☐ Гарантийные работы
с техническим актом №		от	☒ Постгарантийный аппарат	☒ Постгарантийные работы
Настоящий акт составлен в том, что согласно уведомлению - вх. №				
обслуживающей организацией ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори» в период с 04.08.2026 по 04.08.2026				
на основании договора № 113-26 от 22.04.2026 проведено.				
1. Вид работ				
☐ Монтаж		☐ Диагностика	☒ ТО-2	☐ Демонтаж
☐ Модернизация		☐ Ремонт	☐ ТО-3	☐ др.
2. Информация об оборудовании		VENTUM 128 зав. № 0004 Экспл. с 2021 г.		
Заказчик		УЗ "10 Городская клиническая больница"		
Место оказания услуг		Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уборевича 73		
Состояние на момент увед.		☒ Исправное ☐ Работоспособное ☐ Неисправное Простой: 0 дней		
Наработка		Кол-во испл. 25578	Наработка R-излучателя, скансек	751453
Циклы вращения гентри		7311886	Наработка генератора/сек	39557792
3. Характер неисправности (по увед.):				
4. Оказанные услуги:		Оказаны услуги по договору № 113-26 от 22.04.2026		
		ТО-2 согласно эксплуатационной документации		
5. Идентификация отказавших комплектующих/ узлов/ версии ПО:				
6. Причина неисправности:				
7. Использованы комплектующие/запасные части /материалы: (с указанием кол-ва):		Стяжка нейлоновая КСС 4x200 черная - 20 шт. Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87 - 0.1 кг. Спирт изопропиловый ГОСТ 9805-84 - 0.1 л. Бензин-растворитель БР-2 (Калоша) ТУ 38.401-67-108-92 - 0.1 л.		
8. Затрачено времени:		10,0 человеко-часов	Зона выезда	В-1-1
9. Итог:		УСЛУГИ ОКАЗАНЫ в полном объеме и приняты Заказчиком без претензий по качеству и срокам		
		☐ Оборудование проверено и пригодно для эксплуатации. Гарантия на оказанные услуги составляет () месяца (ев) с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.		
		☐ После оказания услуг по диагностике неисправностей установлены причины неисправностей и/или перечень необходимых для ремонта запасных частей/комплектующих.		
		☒ После оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования оно проверено и пригодно для эксплуатации.		
		☐ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НЕ ЗАВЕРШЕНО. Характер неисправности не позволяет оказать услугу по диагностике/ремонту в полном объеме на месте эксплуатации оборудования или завершить работы по причине:		
		Нижеперечисленные комплектующие изъяты для ремонта с последующим возвратом пользователю.		
10. Пожелания потребителя/ Дополнительная информация		Отмечается износ ремней для позиционирования пациента, рекомендовано предусмотреть замену.		
Представитель Заказчика:		Представитель ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори»:		
(подпись)		(подпись)		
Инженер ОКТ (должность)		Матвеев А.Д. (ФИО)		
Минск (дата)		Минск (дата)		