

Приложение №1
к заявке на закупку
Аппарат магнито - лазерный терапии

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ 1: Аппарат магнито - лазерный терапии

1. Состав (комплектация 1 единицы) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1	Аппарат магнито - лазерный терапии	Шт.	1
1.2	Принадлежности, включая набор сменных насадок и защитные очки от лазерного излучения	Комп-т	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	параметры
2.1.	Импульсная мощность лазерного излучения, Вт	Не более 20
2.2.	Средняя мощность инфракрасного светодиодного излучения, мВт	Не более 90
2.3.	Средняя мощность излучения красных светодиодов, мВт	Не более 10

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.