



ЛВС ЛИМИТЭД

ООО «ЛВС Лимитэд»

220068, г. Минск, ул. Л. Карастояновой,
дом 32, помещение 38, комната 1
p\с BY20PJCB30120877771000000933
в ОАО "Приорбанк", г. Минск, ул. Веры
Хоружей, д. 31а, БИК: PJCBVY2X
УНП 193842386 ОКПО 50973705000
тел: +375(44) 728-91-13
e-mail: lvslimited09@gmail.com

Акт технического состояния

Наименование Заказчика: Учреждение здравоохранения "12-я городская детская поликлиника"
г. Минск, ул. Пермская, 50

№ п/п	Оборудование	Изготовитель	Заводской номер	Заявленная неисправность
1	Центрифуга LMC-3000	Biosan	01020817110231	Разрыв уплотнителя.

Результаты технического осмотра и диагностики:

Порвана резинка.

Заключение:

Требуется замена уплотнителя.

Акт составил:

Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования Кошутин В.А.

М.П.

