

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная
поликлиника Заводского района
г.Минска»



Н.Я.Мысливчик

«20» _____ 20____ г.

**Техническое задание
Кушетка медицинская**

1. Наименование оказываемых услуг:

Наименование	Количество
Кушетка медицинская	3

2. Технические требования:

1. Суммарная нагрузка на кушетку не менее 150 кг.
2. Основание кушетки должно быть изготовлено из металла с полимерным покрытием.
3. Основание кушетки имеет опорные элементы, исключающие повреждение напольного покрытия.
4. Рабочая поверхность – двухсекционная.
5. Матрас должен быть удобным для пациента, толщиной лежа от 45 до 60 мм.
6. Должен осуществляться подъем головной секции.
7. Наружные поверхности устойчивы к любым дезинфектантам, удобны для проведения санитарной обработки. Устойчива к стиранию и механическим воздействиям.
8. Покрытие металлических частей – полимер.
9. Длина не более 2000 мм, ширина от 590 до 700 мм.
10. цвет покрытия темно-серый (либо бордовый)
11. Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев.

Разработчик технического задания

А.Н.Полякова