

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная

поликлиника

Заводского района

г.Минска»

Мысливчик Н.Я.

« » 2026г.



**Техническое задание
Шпатели стерильные одноразовые**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

п/п	Наименование	Ед. имз.	Количество
1	Шпатели стерильные одноразовые	Шт.	6 000

2. Технические требования:

1. Должны быть деревянными.
2. Должны быть шлифованными.
2. Снабжены каждый индивидуальной упаковкой.
3. Стерильны.
4. На упаковке должна быть проставлена дата стерилизации.
4. Срок годности от 1- 3 лет с даты стерилизации.

Разработчик технического требования:

Полякова А.Н.