БелМТ №843/26
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: тест-системы ПЦР для диагностики туберкулеза (Хайн-тест)

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор диагностический GenoType®NTM -DR версия 1 для молекулярно-генетической идентификации и определения лекарственной чувствительности нетуберкулезных микобактерий или ***аналог***	набор	134

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Набор содержит:

2.1.1. Мембранные полоски – 12 ± 2 штуки;
2.1.2. Раствор для денатурации – 240 ± 10 мкл;
2.1.3. Гибридизационный буфер – 12 ± 0,5 мл;
2.1.4. Грубый промывочный раствор – 12 ± 0,5 мл;
2.1.5. Раствор для ополаскивания – 36 ± 1 мл;
2.1.6. Концентрат для конъюгации – 120 ± 30 мкл;
2.1.7. Буфер для конъюгации – 12 ± 3 мл;
2.1.8. Субстратный концентрат – 120 ± 30 мкл;
2.1.9. Субстратный буфер – 12 ± 0,5 мл;
2.1.10. Смеси для амплификации – 540 ± 20 мкл;
2.1.11. Набор рассчитан – не менее, чем на 12 тестов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №843/26
лот 2

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: тест-системы ПЦР для диагностики туберкулеза (Хайн-тест)

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор диагностический GenoType®NTM -DR версия 1 для молекулярно-генетической идентификации и определения лекарственной чувствительности нетуберкулезных микобактерий или ***аналог***	набор	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Набор содержит:

2.1.1. Мембранные полоски – 12 ± 2 штуки;

2.1.2. Раствор для денатурации – 240 ± 10 мкл;

2.1.3. Гибридизационный буфер – 12 ± 0,5 мл;

2.1.4. Грубый промывочный раствор – 12 ± 0,5 мл;

2.1.5. Раствор для ополаскивания – 36 ± 1 мл;

2.1.6. Концентрат для конъюгации – 120 ± 30 мкл;

2.1.7. Буфер для конъюгации – 12 ± 3 мл;

2.1.8. Субстратный концентрат – 120 ± 30 мкл;

2.1.9. Субстратный буфер – 12 ± 0,5 мл;

2.1.10. Смеси для амплификации – 540 ± 20 мкл;

2.1.11. Набор рассчитан – не менее, чем на 12 тестов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №843/26
лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: тест-системы ПЦР для диагностики туберкулеза (Хайн-тест)

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор диагностический GenoType®MTBC версия 2 для молекулярно-генетической идентификации комплекса микобактерий туберкулеза или ***аналог***	набор	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Набор содержит:

2.1.1. Мембранные полоски – 12 ± 2 штуки;

2.1.2. Раствор для денатурации – 240 ± 10 мкл;

2.1.3. Гибридизационный буфер – 12 ± 0,5 мл;

2.1.4. Грубый промывочный раствор – 12 ± 0,5 мл;

2.1.5. Раствор для ополаскивания – 36 ± 1 мл;

2.1.6. Концентрат для конъюгации – 120 ± 30 мкл;

2.1.7. Буфер для конъюгации – 12 ± 3 мл;

2.1.8. Субстратный концентрат – 120 ± 30 мкл;

2.1.9. Субстратный буфер – 12 ± 0,5 мл;

2.1.10. Смеси для амплификации – 540 ± 20 мкл;

2.1.11. Набор рассчитан – не менее, чем на 12 тестов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №843/26
лот 4

для субъектов малого и среднего предпринимательства

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий: тест-системы ПЦР для диагностики туберкулеза (Хайн-тест)

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор диагностический GenoType®MTBC версия 2 для молекулярно-генетической идентификации комплекса микобактерий туберкулеза или ***аналог***	набор	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1. Набор содержит:

2.1.1. Мембранные полоски – 12 ± 2 штуки;

2.1.2. Раствор для денатурации – 240 ± 10 мкл;

2.1.3. Гибридизационный буфер – 12 ± 0,5 мл;

2.1.4. Грубый промывочный раствор – 12 ± 0,5 мл;

2.1.5. Раствор для ополаскивания – 36 ± 1 мл;

2.1.6. Концентрат для конъюгации – 120 ± 30 мкл;

2.1.7. Буфер для конъюгации – 12 ± 3 мл;

2.1.8. Субстратный концентрат – 120 ± 30 мкл;

2.1.9. Субстратный буфер – 12 ± 0,5 мл;

2.1.10. Смеси для амплификации – 540 ± 20 мкл;

2.1.11. Набор рассчитан – не менее, чем на 12 тестов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.