

ЗАДАНИЕ

на закупку дезинфицирующих средств для дезинфекции изделий медицинского назначения

Лот 1: Средство дезинфицирующее для дезинфекции высокого уровня медицинских изделий механизированным способом (двухкомпонентный раствор), 1440л с тест полосками к нему .

Лот №	Наименование товара	Состав	Объем упаковки, литров	Кол-во, литров/шт.
1	Средство дезинфицирующее для дезинфекции высокого уровня медицинских изделий механизированным способом	1) базовый раствор на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода,	5,0	1440
		2) активатор перекиси водорода	0,1	14,4
	Тест-полоски к нему			750

1. Технические требования:
 - 1.1. Средство должно быть предназначено для применения в организациях здравоохранения;
 - 1.2. Не пенящееся дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки эндоскопов и расходных материалов многократного использования к ним механизированным способом;
 - 1.3. Базовый раствор на основе активно - действующего вещества – надуксусная кислота (не менее 0,20%) и перекись водорода (2,7 – 3,3%) pH= (5,0 -8,0) рабочего раствора; второй компонент – активатор перекиси водорода;
 - 1.4. Наличие туберкулоцидного режима для возможности проведения дезинфекции высокого уровня механизированным способом при экспозиции не более 5 минут при температуре раствора не менее 18°C;
 - 1.5. Сохранение активности рабочего раствора не менее 25 дней с возможностью многократного использования
 - 1.6. Форма выпуска: полимерные флаконы объемом базового раствора 5 л, активатора - 0,1 л.
2. Требования качества и срока годности товара: срок годности и стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем;
3. Требования, предъявляемые к наличию сопроводительной документации:
 - 3.1. Наличие документа, подтверждающего соответствие товара единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза или Таможенного союза.
 - 3.2. Наличие инструкции по применению не менее 25 шт.