

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная

поликлиника

Заводского района

г.Минска»

« ____ »

Мысливчик Н.Я.



Техническое задание

**Мундштук картонный для имеющегося на оснащении
спирометра МАС-2**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Мундштук картонный для спирографа с дополнительным фильтром (С СЕТОЧКОЙ)	1000

2. Технические требования:

- 2.1. Одноразовые картонные мундштуки со встроенным фильтром.
- 2.2. Одноразовые картонные мундштуки применяются как расходный материал к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии.
- 2.3. Каждый мундштук имеет индивидуальную упаковку из полипропиленовой пленки, которая вскрывается перед проведением обследования.

3. Требования качества и срока годности товара:

- 3.1 Срок годности не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.
- 3.2 Качество товара должно соответствовать международным стандартам.

Разработчик технических требований:

Врач функциональной диагностики (заведующий)

А. В. Ситкевич