Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (для анализаторов Uriscan Pro II, Республика Корея) для ОЗ Гомельской области

1.Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	*Наименование ЛОТа*	*Состав / Размер*	*Кол-во*
1.	Реагенты к анализатору мочи Uriscan Pro II, YD Diagnostics, Республика Корея	Тест-полоска Uriscan 11 strip или аналог, предназначена для применения на анализаторе мочи Uriscan Pro II. По следующим параметрам: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH.	66 700 шт.
2.	Контрольный материал к анализатору мочи Uriscan Pro II, YD Diagnostics, Республика Корея	Суспензия контрольная	334 мл.

2.Технические требования:

2.1. ЛОТы №1,2: Реагенты и контрольный материал должны быть предназначены для использования на анализаторе мочи Uriscan Pro II, YD Diagnostics, Республика Корея, что должно подтверждаться документально.

лот № 3

Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (для анализаторов СОЭ серии ROLLER 20PN, TEST1, производства Alifax S.r.l., Италия) для ОЗ Гомельской области

1. *Состав (комплектация) ИМН:*

№ ЛОТ	*Наименование ЛОТа*	*Состав / Размер*	*Кол-во*
3	Реагенты, контрольный и калибровочный материал для автоматического анализатора СОЭ серии ROLLER 20PN, TEST1, производства Alifax S.r.l., Италия.	Контроль латексный (6 тестов)	56 наборов
		Калибратор латексный (6 тестов)	11 наборов
		Универсальная тест-карта	240 000 исследований

2. *Технические требования:*

2.1. ЛОТ 3. Реагенты, калибратор и контрольный материал должны быть предназначены для применения на автоматических анализаторах СОЭ серии ROLLER 20PN, TEST1, производства Alifax S.r.l., Италия, что должно подтверждаться документально.

Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований (к анализатору микробиологическому автоматическому BacT/Alert 3D 60 (Biomerieux Inc., США) для ОЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	*Наименование ЛОТа*	*Состав / Размер*		*Кол-во*
4	Реагенты к анализатору микробиологическому автоматическому BacT/Alert 3D 60 (Biomerieux Inc., США)	1.1	Флакон со средой и адсорбирующим полимером для выделения аэробных микроорганизмов	13 150 шт.
		1.2	Флакон педиатрический со средой и адсорбирующим полимером для выделения микроорганизмов	1 040 шт.
		1.3	Флакон со средой и адсорбирующим полимером для выделения анаэробных микроорганизмов	250 шт.

2. Технические требования:

2.1. Флаконы со средой (п.1.1, п. 1.2, п. 1.3) должны быть предназначены для использования на микробиологическом автоматическом анализаторе BacT/Alert 3D 60 (Biomerieux Inc., США), что должно подтверждаться документально.

2.2. Флаконы со средой (п.1.1, п. 1.2, п. 1.3) должны иметь возможность отсроченной загрузки в анализатор в течение 12–36 часов.

2.2. Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта к контрольным и калибровочным материалам и др.) должны быть представлены на русском языке.