1394

Приложение 1

25 -09- 2026

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ №1: Реагенты и расходные материалы к анализатору мочи

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	1. Тест-полоски для мочи не менее 12 параметров: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, креатинин, кровь, pH, нитриты, микроальбумин, лейкоциты.	377 400 шт.
1.2	Суспензия контрольная для мочевых тест-полосок и осадка мочи (не менее 2-х уровней)	Комплекты в соответствии с проведением ежедневного контроля по всем уровням в течение 1 года (365 дней)
1.3	Кюветы или иные расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований (при необходимости)	В соответствии с количеством исследований п.1.1.(377 400 тестов) или на период работы (365 дней).
1.4	Моющий раствор для ежедневной очистки (содержащий гипохлорид натрия не менее 5 %)	В соответствии с количеством исследований п.1.1. (377 400 тестов) или на период работы (365 дней).

2. Технические требования:

2.1. По пункту 1.1: Каждая партия тест-полоски должна быть снабжена код-чипом.

2.2. Предлагаемые тест-полоски LabStrip U12 mALB/CREA, суспензия контрольная, кюветы и моющий раствор должны быть предназначены для применения на анализаторе мочи LabUMat 2 (п.1.1, п.1.2, п.1.4), UriSed 3 PRO (п.1.2, п.1.3, п.1.4) пр-ва 77 Elektronika Muszeripari Kft., Венгрия, либо могут быть предложены аналогичные тест-полоски, контрольный и расходный материал с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды), в количестве 6 штук.

2.3. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:	
2.3.1	Анализатор (моноблок или модульная система) должен обеспечивать качественный и количественный анализ мочи (физико-химических свойств и элементов мочи) в автоматическом режиме с визуализацией (графической или микроскопической) на экране в автоматическом режиме
2.3.2	Стандартный спектр исследования физико-химических свойств мочи: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, креатинин, кровь, pH, нитриты, микроальбумин, лейкоциты.
2.3.3	Интерфейс на русском языке
2.3.4	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)
2.3.5*	Производительность не менее 100-150 образцов в час (осадок)
2.3.6*	Производительность не менее 200-250 полосок в час (физико-химич.свойства)

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

ПК № 10249
25.09.2026

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки: согласно документам организатора.
3.2. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев, согласно документам организатора.