



ТРАДИНТЕК СЕРВИС

Р2

ОТЧЕТ				
Дата:	15.06.2026			
Контракт / Договор	128С/26 от 17.04.2026г.			
Учреждение	УЗ «10-я городская клиническая больница»			
Оборудование	LOGIQ e			
Серийный номер	6069897WX0			
Состояние оборудования перед началом работ:				
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Плановое техническое обслуживание согласно договору. В ходе обслуживания выявлена неисправная кнопка включения аппарата. Требуется ремонт панели оператора. Выявлена низкая продолжительность работы аппарата от батареи питания. Ремонт невозможен. Требуется замена батареи питания на новую. В ходе обслуживания выявлена поломка фиксирующих ножек. Ремонт невозможен, требуется замена.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали	Кол-во		
1	Перезаряжаемая батарея аккумуляторов	1 шт.		
2	Фиксирующая ножка	1 шт.		
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, должность	Княк Д.А., инженер 1-й категории	ФИО, должность	Ведущий инженер Сидор Филиппов Д.В.	
подпись		подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.

официально
а не по телефону
и по телефону №2