

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Минск

04.08.2026

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

УЗ «10-я городская клиническая больница»

*Берущего на себя ответственность* *О.В. Милинчук* *О.В.*  
*Зав. эндоскопическим отделением* *Смаклев В.В.*

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ООО "Экстремед": Гарбар В. В.

провела обследование видеогастроскопа PENTAX EG-2990i A116301

Обследованием установлено:

Обрыв шкива поворота верх/низ. Нет сопла. Износ вводимой трубки. Искажения и пропадания изображения.

Для восстановления работоспособности данного прибора требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

| №                                                     | Наименование запасной части  | Кол-во   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| 1                                                     | Оболочка изгибаемой части    | 1        |
| 2                                                     | Вводимая трубка              | 1        |
| 3                                                     | Биопсийный канал             | 1        |
| 4                                                     | Защитный конус               | 1        |
| 5                                                     | Поворотная втулка коннектора | 1        |
| 6                                                     | Электронная плата управления | 1        |
| 7                                                     | Электронный разъем           | 1        |
| Ориентировочная стоимость ремонта составит, бел.руб.: |                              | 9 226,34 |

Срок выполнения работ - 45 календарных дней.

В процессе проведения ремонта возможно возникновение необходимости в замене дополнительных запасных частей.

В случае наличия в эндоскопе негерметичности, влаги, коррозии возможен непредвиденный выход из строя видеокамеры, электронных плат, коннекторов с потерей изображения либо его искажениями даже при восстановлении изображения после просушки прибора.

Представители

Представитель

УЗ «10-я городская клиническая  
больница»

ООО "Экстремед"

*О.В. Милинчук*  
*Смаклев В.В.*

*О.В. Милинчук*  
*Смаклев В.В.*



Гарбар В. В.