



GROUP

Тел. /факс:
8 (017) 336-23-00/01/02/03
www.asv-trade.by

Совместное общество с ограниченной ответственностью
«АСВ Трейд Сервис»

220089, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Железнодорожная, д. 33А, корп. 1, пом. 5
УНП 690658079, ОКПО 302620455000
р/с BY57ALFA30122213960020270000
ЗАО «Альфа-Банк», БИК: ALFABY2X
Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ №882

Система офтальмологическая хирургическая Constellation Vision
System s/n 1802769501X

г. Минск

«25» августа 2026г.

В рамках договора № РпМТ/088-2026 от 29.07.2026г. с УЗ «10-ая городская клиническая больница» инженер по ремонту и сервисному обслуживанию произвел тестирование и осмотр системы офтальмологической хирургической Constellation Vision System (s/n 1802769501X) и выявил следующее:

При включении появляется ошибка 3433.

Для полного восстановления работоспособности прибора необходимо произвести замену воздушного фильтра (FILTER AIR SERIES AF20), и ремонт кабеля W88.

Тестирование и осмотр проводились в помещении УЗ «10-ая городская клиническая больница».

Инженер, выполнявший тестирование и диагностику:
Инженер по ремонту и сервисному обслуживанию

А.Е. Куриленко

Директор ООО «АСВ Трейд Сервис»



В.С. Луканский