

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Аппарат ультразвуковой частотной терапии малой мощности	комплект	1 (один)
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Основной аппарат переносный	шт	1
1.2	Комплект электродов:		
1.2.1	Электрод диаметром в диапазоне 30-36 мм	шт	2
1.2.2	Электрод диаметром в диапазоне 70-80 мм	шт	2
1.2.3	Электрод диаметром в диапазоне 110-113 мм	шт	2
1.3	Аппликатор вихревых токов	шт	1
1.4	Держатель электродов	шт	2
1.5	Индикатор настройки аппарата	шт	1
1.6	Вставка плавкая	шт	2
1.7	Провод	шт	2
1.8	Фиксатор	шт	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки.
сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных
закупках товаров (работ, услуг)»:

№п/п	Наименование	Параметр
2.1	Частота колебаний, не менее	27 МГц
2.2	Номинальная выходная мощность, не менее	30 Вт
2.3	Регулировка выходной мощности, не менее	3 ступени (10/20/30)
2.4	Настройка аппарата	ручная
2.5	Время установления рабочего режима, не более	3 мин
2.6	Номинальное напряжение, не более	220 В
2.7	Потребляемая мощность, не более	160 ВА
2.8	Таймер	От 1 до 99 мин
2.9	Масса аппарата, не более	13 кг

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности,
стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и
должен быть не менее 12 месяцев.

101112

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Аппарат магнитотерапии	штука	1 (одна)
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Блок питания и управления	шт	1
1.2	Основной излучатель	шт	1
1.3	Линейка излучающая гибкая	шт	1
1.4	Индикатор магнитного поля	шт	1
1.5	Локальный излучатель	шт	1
1.6	Ремешок	шт	1
1.7	Ручка	шт	2
1.8	Штатив	шт	2
1.9	Ключ шестигранный изогнутый (имбусовый) 3мм	шт	1
1.10	Крючок	шт	1
1.11	Крепление катушечной группы	шт	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№п/п	Наименование	Параметр
2.1	Подключение к сети переменного тока	частота 50 Гц и напряжение 230 В
2.2	Электрическая мощность потребляемая аппаратом	50±7,5 ВА
2.3	Длина кабеля подключения к блоку питания и управления, не менее	2,7 м
2.4	Длина сетевого шнура, не менее	1,5 м
2.5	Амплитудное значение индукции на поверхности основного излучателя и гибкой излучающей линейки для видов магнитного поля:	
2.5.1	«бегущее», не менее	25 мТл при частоте следования импульсов от 1 до 75 имп/с, от 2 до 20 мТл при частоте от 1 до 100 имп/с
2.5.2	«неподвижное», не менее	От 2 до 6 мТл при частоте от 1 до 16 имп/с
2.6	Амплитудное значение индукции на поверхности локального излучателя	От 2 до 30 мТл при частоте следования

		импульсов от 1 до 100 имп/с и от 35 до 45 мТл – при частоте от 1 до 50 имп/с
2.7	Частота следования импульсов в пределах	От 1 до 100 имп/с
2.8	Общее время воздействий	От 1 до 30 мин
2.9	Типы разверток магнитной волны в основном излучателе	«бегущая горизонталь», «бегущая вертикаль», «бегущая диагональ»
2.10	Количество программ воздействия, не менее	79 штук
2.11	Температура поверхности излучателей, не более	40 °С
2.12	Время установления рабочего режима аппарата, не более	30 сек
2.13	Сигнализация об основных неисправностях и автоматическое прекращение работы	наличие
2.14	Время работы аппарата, не менее	8 часов (при работе в повторно- кратковременном режиме, где 30 мин- время магнитного воздействия, 5 мин- перерыв)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 12 месяцев.

Лом №3

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Аппарат для ультразвуковой терапии	штука	1 (одна)
В состав (комплектация) одной штуки оборудования должно входить:			
1.1	Электронный блок	шт	1
1.2	Сменные излучатели:		
1.2.1	Излучатель не более 0,88 МГц (не более 1 см ²)	шт	1
1.2.2	Излучатель не более 0,88 МГц (не более 4 см ²)	шт	1
1.3	Кабель соединительный	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№п/п	Наименование	Параметр
2.1	Режим работы аппарата	Непрерывный, импульсный
2.2	Рабочая частота	0,88 МГц
2.3	Частота следования импульсов	50 Гц
2.4	Количество излучателей, не менее	2
2.5	Время установки рабочего режима, не более	30 сек
2.6	Диапазон установки таймера	1-30 мин
2.7	Управление аппаратом	Электромеханическое (жидкокристаллический дисплей, кнопки)
2.8	Контроль контакта излучателя с телом пациента	наличие
2.9	Защита сменных излучателей от перегрева	наличие
2.10	Световая индикация наличия тока	наличие
2.11	Напряжение питания, не более	230 В
2.12	Частота питания, не более	50 Гц
2.13	Потребляемая мощность, не более	80 ВА

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 12 месяцев.