

МІНІСТЭРСТВА
ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЭПАРТАМЕНТ
ФІНАНСАУ І ТЫЛУ

вул. Караля, 71,73, 220004, г. Мінск
тэл/факс (017) 218 73 21, 379 04 10

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ
ФИНАНСОВ И ТЫЛА

ул. Короля, 71,73, 220004, г. Минск
тел/факс (017) 218 73 21, 379 04 10

09 октября 2026 г. № 34/15/52623

На № _____ ад _____

Директорам организаций

Заявка об изучении
конъюнктуры рынка

Департаментом финансов и тыла Министерства внутренних дел планируется проведение процедуры государственной закупки изделий медицинского назначения.

Источник финансирования – средства республиканского бюджета.

Условия поставки: не позднее 60 календарных дней от даты подписания договора.

Условия оплаты: в течение 20-ти банковских дней от даты поставки.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

В цену предложения должны быть включены, затраты на производство/закупку, логистику, а также все налоги, таможенные пошлины и сборы, иные обязательные платежи, установленные законодательством.

Просим представить в адрес заказчика информацию, отражающую:

цену предлагаемого товара, соответствующего требованиям настоящей заявки;

наименование потенциального поставщика либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации индивидуальным предпринимателем или физическим лицом;

наименование производителя (производителей) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, являющихся производителями предлагаемого товара;

наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие;

порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (необходимо учитывать, что

законодательства о ценообразовании (необходимо учитывать, что приобретаемый товар включен в государственный оборонный заказ. В таком случае при формировании цены необходимо учесть ограничения, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2019 № 38 «О регулировании цен (тарифов) в рамках государственного оборонного заказа»).

Информация, полученная в рамках исследования конъюнктуры рынка, будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведения процедуры сбора информации; не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Сведения необходимо представить в Департамент финансов и тыла Министерства внутренних дел по электронной почте belmedzakupki@mvd.gov.by до **16.10.2026**.

Приложение: техническое задание (приложение 1-6) на 10 л., в 1 экз.

Начальник Департамента



В.А.Дубовец

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение тренажера (фантома руки) для внутривенных инъекций

1. Общие требования

- 1.1. Наименование: тренажер (фантом руки) для внутривенных инъекций.
- 1.2. Количество закупаемых изделий: 2 (два).
- 1.3. Назначение: обучение и отработка навыков внутривенных инъекций.
- 1.4. График поставок: единовременная поставка.
- 1.5. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

2. Состав изделия и технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во (шт.)
2.1	Тренажер (фантом руки) для внутривенных инъекций	1. Тренажер должен быть предназначен для отработки навыков проведения внутривенных инъекций; 2. Фантом должен представлять собой анатомическую модель руки взрослого человека; 3. Возможность осуществлять инфузию/инъекции через вены предплечья; 4. Должна присутствовать топография поверхностных вен в области предплечья; 5. Возможность выполнения внутримышечных инъекций в область плеча; 6. Тренажер должен иметь не менее 2-х поверхностных вен для осуществления внутривенных манипуляций; 7. Обязательно наличие подставки, оснащенной держателем для подвесной инфузионной бутылки: не менее 1 шт.	2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение тренажера-симулятора (манекена) для оказания первой помощи (в комплекте)

1. Общие требования

- 1.1. Наименование: тренажер-симулятор (манекен) для оказания первой помощи (в комплекте).
 1.2. Количество закупаемых изделий: 1 (один) комплект.
 1.3. Назначение: отработка алгоритмов обнаружения, оценки и остановки различных видов наружных кровотечений в условиях, имитирующих реальную экстренную ситуацию.
 1.4. График поставок: единовременная поставка.
 1.5. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

2. Состав изделия и технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
2.1	Тренажер-симулятор (манекен) для оказания первой помощи	1. Ростовой манекен взрослого человека с анатомически точным воспроизведением пропорций тела, костных выступов, мышечного рельефа и расположения основных магистральных сосудов; должен иметь цельную неразборную конструкцию с соблюдением весовых пропорций каждой части тела; 2. Длина ростового тренажера: не более 185 см; 3. Вес манекена: не более 70 кг; 4. Кожный покров тренажера должен быть выполнен из эластичного, прочного, полимерного материала, имитирующего тактильные ощущения при работе с ранениями; 5. Количество кровоточащих точек повреждений: не менее 6, к каждой из которых подводится по одному силиконовому шлангу, предназначенных для подключения к системе подачи искусственной крови, длиной не менее 30 см; 6. Наличие следующих типов кровотечений: - рваные раны с неровными краями и кровоизлияниями в окружающих тканях: не менее 1 шт.; - колотые раны с четкими контурами и глубокой кровоточивостью: не менее 1 шт.; - обширные поверхностные повреждения с кровотечениями: не менее 1 шт.; - ожоговые поверхности (имитация обугленной ткани с черным пигментом): не менее 1 шт.; - травматическая ампутация одной из нижних конечностей: не менее 1 шт.; - ранения конечностей (предплечье, плечо, голень, бедро),	1

		туловища, шеи: не менее 1 шт.; - эвентрация кишечника: не менее 1 шт.; -открытая черепно-мозговая травма: не менее 1 шт.; 7. Возможность отработки техники установки внутрикостных игл в стандартных точках введения: грудина и проксимальная часть большеберцовой кости нижней конечности; 8. Тренажер должен быть оснащен анатомически точной моделью верхних дыхательных путей (ротоглотка, носоглотка, гортань): не менее 1 шт.; 9. Наличие ручного пульверизатора: не менее 1 шт.; 10. Номинальный объем ручного пульверизатора: не менее 1,5 литров; 11. Ручной пульверизатор должен быть оснащен комплектом соединителей для шлангов: не менее 1 шт.; 12. Рукоять пульверизатора должна подсоединяться к модульной пластиковой конструкции, состоящей из соединительных трубопроводов и фитингов: не менее 1 шт.	
--	--	--	--

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение тренажера для остановки кровотечения с возможностью тампонады ран (в комплекте)

1. Общие требования

- 1.1. Наименование: тренажер для остановки кровотечения с возможностью тампонады ран (в комплекте).
- 1.2. Количество закупаемых изделий: 3 (три) комплекта.
- 1.3. Назначение: обучение и отработка навыков остановки кровотечений в условиях, приближенных к реальным травмам (ранениям).
- 1.4. График поставок: единовременная поставка.
- 1.5. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

2. Состав изделия и технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
2.1	Тренажер для остановки кровотечения с возможностью тампонады ран	1. Габариты изделия (ДхШхВ): не более 500х250х220 мм; 2. Вес тренажера в упаковке: не более 5,5 кг; 3. Материал изделия: силикон с высокой прочностью на разрыв; 4. Тренажер должен представлять собой анатомическую модель бедра от области паха до коленного сгиба; 5. Наличие не менее 4-х имитаций ранений: - входное огнестрельное ранение для отработки наложения жгута: не менее 1 шт.; - выходное огнестрельное ранение для отработки наложения жгута: не менее 1 шт.; - ампутационное ранение для отработки наложения жгута: не менее 1 шт.; - ранение в паховой области: не менее 1 шт.; 6. К каждому из имитаторов ранений должна подводиться силиконовая трубка (имитируют кровеносные сосуды) для подачи искусственной крови: не менее 1 трубки; 7. Имитация крови (порошковый пищевой краситель): не менее 10 грамм.; 8. Груша с манжетой для нагнетания давления: не менее 1 шт.; 9. Инфузионный мешок для имитации крови: не менее 1 шт.; 10. Тренировочные марли для тампонирования ранений – не менее 3 шт.;	3

		11. Компрессионные марли для тампонирования ранений – не менее 3 шт.; 12. Сумка (кейс) для транспортировки тренажера: не менее 1 шт.	
--	--	---	--

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение сумки групповой/рюкзака

1. Общие требования

- 1.1. Наименование: сумка групповая/рюкзак (в комплекте).
- 1.2. Количество закупаемых изделий: 7 (семь) комплектов.
- 1.3. Назначение: медицинское обеспечение спецмероприятий, связанных с обнаружением и обезвреживанием взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, проведением антитеррористических операций, а также специальных операций по освобождению заложников, задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников, экстремистов, террористов, лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
- 1.4. График поставок: единовременная поставка.
- 1.5. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

2. Состав изделия и технические требования (1 комплект)

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во (шт.)
2.1.	Сумка групповая/рюкзак	1. Ориентировочные внешние габариты (ДхШхВ): не менее 55х28х15 см; 2. Сумка групповая/рюкзак состоит из основной части, а также: шлеек плечевых; отрывной подсумок (для аптечки индивидуальной) справа, подсумка отрывного (под носилки, эвакуационную стропу и транспортную систему) слева, чехлы закрытого типа под турникеты (по 2 шт. с каждой стороны), влагозащитного чехла. Все вышеописанные элементы (кроме чехла защитного) должны крепиться к сумке групповой/рюкзаку с помощью системы Molle; 3. Цвет сумки групповой/рюкзака: оливковый; 4. В нижней части расположен тканевой поясной обхват, скрепляющийся системой «Фастекс». 5. Спинка сумки групповой/рюкзака плотная, удерживающая форму изделия; 6. На передней стенке изнутри – 3 равновеликих сетчатых кармана, закрывающиеся с помощью резиновых утяжек; 7. На задней стенке изнутри – 3 равновеликих тканевых отрывных контейнера на молнии, с наличием боковой ручки. Цвет контейнеров: оливковый. Ориентировочные габариты контейнеров (ДхШхВ): не менее 24х12х9 см; 8. На боковой стенке изнутри справа: сетчатый кармашек на молнии; 9. На боковой стенке изнутри слева: прорезиненные петли для фиксации медицинских инструментов;	1

		10. На передней поверхности сумки групповой/рюкзака снаружи – два равновеликих тканевых кармана на молнии, с продольными тканевыми перегородками внутри, по одной в каждом кармане; 11. Материал сумки: полиэстер, ткань – дублированный полиуретан 900 D	
2.2.	Шлейки плечевые	1. Боковые швы на шлейках плечевых отсутствуют, либо швы внутренние, не повреждаются при трении; 2. Ориентировочная ширина шлеек – не менее 8 см, толщина – не более 1 см, приблизительное расстояние между шлейками по внутренним краям – не более 15 см; 3. На внутренней поверхности шлеек сетка – двойная; 4. В верхней части шлеек расположен тканевой грудной обхват, скрепляющийся системой «Фастекс»; 5. Наличие скрепляющей системы «Фастекс» на шлейках для дополнительного крепления подсумков; 6. Обязательно наличие системы по регулированию длины шлеек; 7. Материал сумки: полиэстер, ткань – дублированный полиуретан 900 D	2
2.3.	Подсумок для эвакуационной системы	1. Подсумок для эвакуационной системы расположен сбоку слева от сумки групповой/рюкзака и крепится к ней с помощью системы Molle; 2. Ориентировочные габариты подсумка (ДхШхВ): не менее 20х15х8 см; 3. Цвет подсумка: оливковый; 4. Подсумок отрывной, на липе, закрепляется сверху с помощью системы «Фастекс», открытие подсумка за счет молнии полного разворачивания; 5. Материал подсумка: полиэстер, ткань – дублированный полиуретан 900 D; 6. Внутри подсумок включает 1 (один) карман закрытого типа (на липе): карман на задней стенке подсумка (в нем расположены носилки эвакуационные), на передней стенке располагается платформа с эластичными прошитыми лентами (для четырех транспортных систем); 7. Носилки эвакуационные: на тканевой основе; Цвет носилок: любой (кроме яркого). Ориентировочные габариты носилок (ДхШ): не менее 200х60 см; С правой и левой стороны по краям носилок расположены по 4 (четыре) ручки – на тканевой основе, и 3 стропы с системой «Фастекс» для фиксации пострадавшего на носилках, стропы должны быть расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Сверху и снизу по краям носилок расположено по 1 (одной) ручке-волокуше на тканевой основе; 8. Транспортная система: состоит из 4 (четырех) лент шириной не более 5 см, с металлическими пряжками для регулирования длины ленты, обязательно наличие двухсоставной металлической стяжки, которая	1

		позволяет произвести быстрое расцепление элементов, при этом обеспечивая усилия на разрыв: не менее 100 кг. Цвет лент: оливковый. Материал лент: полипропилен, нейлон.	
2.4.	Подсумок отрывной под аптечку индивидуальную	1. Подсумок для аптечки индивидуальной расположен сбоку справа от сумки групповой/рюкзака и крепится к ней с помощью системы Molle; 2. Подсумок отрывной на липе, т.е. отрывного типа, закрывается с помощью системы «Фастекс» и молнии. Внутри подсумка на каждой из сторон расположено по два продольных кармана и две резинки для крепления; 3. Ориентировочные габариты подсумка (ДхШхВ): не менее 20х12х6 см; 4. Материал подсумка: полиэстер, ткань – дублированный полиуретан 900 D; 5. Цвет подсумка: оливковый.	1
2.5.	Подсумок под турникет	1. Подсумки под турникет расположены по два с каждой из сторон сумки групповой/рюкзака и крепятся к ней с помощью системы Molle; 2. Ориентировочные габариты подсумка для турникета (ДхШхВ): не менее 17х7,5х5,5 см; 3. Подсумок для турникета с дополнительным карманом на системе крепления «Фастекс»; 4. Материал подсумка для турникета: полиэстер, ткань – дублированный полиуретан 900 D; 5. Цвет подсумка: оливковый	4
2.6.	Защитный чехол	1. Чехол предназначен для защиты сумки групповой/рюкзака от неблагоприятных факторов окружающей среды: влагозащитный; 2. Цвет чехла защитного: оливковый	1

3. Дополнительные требования

3.1. Фурнитура: все молнии с двумя бегунками, хвосты бегунков выполнены из ткани или шнура.

3.2. Цвет всего изделия, включая фурнитуру, одинаковый – оливковый

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение набора имитаторов ранений и поражений

1. Общие требования

- 1.1. Наименование: набор имитаторов ранений и поражений.
- 1.2. Количество закупаемых изделий: 1 (один) комплект.
- 1.3. Назначение: обучение и отработка навыков оказания неотложной помощи при травматических повреждениях.
- 1.4. График поставок: единовременная поставка.
- 1.5. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

2. Состав изделия и технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
2.1.	Набор имитаторов ранений и поражений	Должны легко крепиться на человеке и манекене. Наличие имитации различных травматических повреждений анатомических структур: 1. Открытые переломы костей верхних и нижних конечностей: не менее 1 шт.; 2. Закрытые переломы костей верхних и нижних конечностей: не менее 1 шт.; 3. Ожоги кисти: не менее 1 шт.; 4. Обморожение кисти: не менее 1 шт.; 5. Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишечника: не менее 1 шт.; 6. Ушиблено-рваные и резаные раны различной локализации: не менее 1 шт.; 7. Проникающее ранение грудной клетки: не менее 1 шт.; 8. Частичная травматическая ампутация пальцев: не менее 1 шт.; Набор должен включать не менее 30 имитаций ран; Возможность гигиенического мытья и дезинфекции; Наличие не менее 1 кейса (сумки) для транспортировки.	1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение тренажер-манекена (фантома) для проведения сердечно- легочной реанимации

1. Общие требования

- 1.1. Наименование: тренажер-манекен (фантом) для проведения сердечно-легочной реанимации.
- 1.2. Количество закупаемых изделий: 2 (два).
- 1.3. Назначение: обучение и отработка навыков оказания сердечно-легочной реанимации.
- 1.4. График поставок: единовременная поставка.
- 1.5. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

2. Состав изделия и технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Кол-во (шт.)
2.1	тренажер-манекен (фантом) для проведения сердечно-легочной реанимации	1. Фантом должен быть выполнен в форме торса взрослого человека с хорошо определяемыми анатомическими ориентирами; 2. Устройство фантома должно позволять отрабатывать: закрытый массаж сердца, искусственную вентиляцию легких как мешком Амбу, так и методом «изо рта в рот»; 3. Фантом должен быть оснащен световым индикатором для контроля выполнения правильности компрессий в минуту: не менее 1 шт.; 4. Голова манекена должна запрокидываться для обеспечения проходимости дыхательных путей; 5. При проведении вентиляции легких грудная клетка манекена должна подниматься для визуального контроля; 6. Наличие сменных дыхательных путей: не менее 1 шт.; 7. Тренажер не должен требовать подключения к электросети: питание осуществляется от батареек; 8. Наличие транспортировочной сумки (кейса): не менее 1 шт.	2