

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№	Наименование подлежащих закупке товаров	Кол-во штук
1.	Устройство для подачи кислорода и воздуха с увлажнителем	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”:

№	Наименование характеристики
	Устройство для подачи кислорода и воздуха с увлажнителем
2.1	Крепится на стандартный медицинский рельс.
2.2	С поплавковым регулятором потока, со шлангом и штекером
2.3	Многоразового использования
2.4	Ёмкость должна быть из прозрачного небьющегося материала, иметь пузырьковый диффузор.
2.5	Диапазон регулировки потока кислорода: 0–30 л/мин
2.6	Ёмкость автоклавируема
2.7	Объём ёмкости 500мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): Срок годности на момент поставки не менее 80%

БелМТ №841/26

лот 2

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование подлежащих закупке товаров	Кол-во штук
1.	Контур дыхательный однократного применения для взрослых	3000
На один комплект:		
1.1	Контур дыхательный из двух линий (вдох/выдох) с двумя влагосборниками	1
1.2.	Трубка для подключения резервного мешка	1
1.3.	Резервный мешок	1
1.4.	Y-адаптер 22М/15F – 2*22М	1
1.5.	Адаптер прямой 22F/22М	4
1.6.	Адаптер прямой 22М/22М	1
1.7.	Угловой адаптер 22М/15F – 15М	1
1.8.	Фильтры дыхательные бактериально-вирусные	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”:

№	Наименование характеристики
2.1	Стерильный, одноразовый
2.2.	Длина каждой линии дыхательного контура в сборе не менее 2000 мм
2.3.	Порт Luer-Lock с винтовой заглушкой на угловом адаптере
2.6.	Все трубки гофрированные и конфигурируемые
2.7.	Длина трубки для подключения резервного мешка не менее 1000 мм
2.8.	Трубки контура устойчивы к сдавливанию, изломам и перегибам
2.9.	Резервный мешок не менее 3000 мл

2.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): Срок годности на момент поставки не менее 80%

БелМТ №841/26

лот 3

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№	Наименование подлежащих закупке товаров	Кол-во штук
1.	Адаптер угловой с удлинительной трубкой и портом для санации	1500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”:

№	Наименование характеристики
2.1	Стерильный, одноразовый
2.2.	Длина удлинительной трубки не менее 15 см
2.3.	Порт для санации с двойной эластичной заглушкой
2.4.	Удлинительная трубка гофрированная
2.5.	Устойчив к сдавливанию, изломам и перегибам
2.6.	Стерильный, одноразовый

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): Срок годности на момент поставки не менее 80%