

МІНІСТЭРСТВА  
ЎНУТРАНЬХ СПРАЎ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ДЭПАРТАМЕНТ  
ФІНАНСАУ І ТЫЛУ

вул. Караля, 71,73, 220004, г. Мінск  
тэл/факс (017) 218 73 21, 379 04 10

МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ  
ФИНАНСОВ И ТЫЛА

ул. Короля, 71,73, 220004, г. Минск  
тел/факс (017) 218 73 21, 379 04 10

09 октября 2026 г. № 34/15/52624  
На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директорам организаций

Заявка об изучении  
конъюнктуры рынка

Департаментом финансов и тыла Министерства внутренних дел планируется проведение процедуры государственной закупки изделий медицинского назначения.

Источник финансирования – средства республиканского бюджета.

Условия поставки: не позднее 60 календарных дней от даты подписания договора.

Условия оплаты: в течение 20-ти банковских дней от даты поставки.

Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

В цену предложения должны быть включены, затраты на производство/закупку, логистику, а также все налоги, таможенные пошлины и сборы, иные обязательные платежи, установленные законодательством.

**Просим представить в адрес заказчика информацию, отражающую:**

цену предлагаемого товара, соответствующего требованиям настоящей заявки;

наименование потенциального поставщика либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации индивидуальным предпринимателем или физическим лицом;

наименование производителя (производителей) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица, являющихся производителями предлагаемого товара;

наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие;

порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (необходимо учитывать, что

законодательства о ценообразовании (необходимо учитывать, что приобретаемый товар включен в государственный оборонный заказ. В таком случае при формировании цены необходимо учесть ограничения, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2019 № 38 «О регулировании цен (тарифов) в рамках государственного оборонного заказа»).

Информация, полученная в рамках исследования конъюнктуры рынка, будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведения процедуры сбора информации; не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Сведения необходимо представить в Департамент финансов и тыла Министерства внутренних дел по электронной почте [belmedzakupki@mvd.gov.by](mailto:belmedzakupki@mvd.gov.by) до **16.10.2026**.

Приложение: техническое задание (приложение 1, 2) на 5 л. в 1 экз.

Начальник Департамента



В.А.Дубовец

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на приобретение носилок-волокуш

### 1. Общие требования

- 1.1. Наименование: эвакуационные носилки-волокуши (в комплекте).  
 1.2. Количество закупаемых изделий: 7 (семь) комплектов.  
 1.3. Назначение: эвакуация раненых.  
 1.4. График поставок: единовременная поставка.  
 1.5. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

### 2. Состав изделия и технические требования (1 комплект)

| №<br>п/п | Наименование                | Базовые параметры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Кол-во<br>(шт.) |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1      | Носилки-волокуши            | 1. Должны представлять собой пластиковое полотно, материал – полиэтилен низкой плотности, толщиной не более 2,5 мм;<br>2. Углы полотна должны иметь закругленную форму;<br>3. Ориентировочные внешние габариты носилок в развернутом виде без чехла (ДхШ): не более 2300х500 мм;<br>4. Ориентировочный вес носилок без чехла: не более 2500 грамм;<br>5. Ориентировочные внешние габариты носилок в чехле (Д): не более 600 мм; диаметр скатки: не более 200 мм;<br>6. Ориентировочный вес носилок в чехле: не более 2700 грамм | 1               |
| 1.2      | Люверсы                     | 1. Металлические люверсы должны располагаться в полотне на расстоянии не более 40 мм от края, попарно;<br>2. Диаметр люверсов: не более 20 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22              |
| 1.3      | Ленты для поперечной стяжки | 1. Ленты для поперечной стяжки должны иметь цветовую маркировку;<br>2. На лентах должны быть закреплены металлические «Фастексы» типа «Кобра», шириной не более 30 мм;<br>3. Ширина лент: не более 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4               |
| 1.4      | Ленты продольной стяжки     | 1. Ленты продольной стяжки предназначены для поддержки головы, должны быть закреплены изолированно от остальной системы лент;<br>2. Ленты продольной стяжки должны иметь цветовую маркировку;<br>3. На лентах должны быть закреплены металлические «Фастексы» типа «Кобра», шириной не более 30 мм;<br>4. Ширина лент: не более 30 мм                                                                                                                                                                                           | 2               |
| 1.5      | Боковые ручки               | Боковые ручки должны быть расположены попарно (по три с каждой стороны), закреплены на лентах шириной не более 120 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6               |
| 1.6      | Ленты боковой поддержки     | Ширина лент: не более 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2               |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.7 | Ручки в головном и ножном конце носилок | Ручки в головном и ножном конце носилок на лентах шириной не более 30 мм;                                                                                                                                                                                             | 11 |
| 1.8 | Эвакуационная стропа                    | 1. Эвакуационная стропа с возможностью ее вытягивания на лицевую и тыльную поверхности полотна;<br>2. Стропа должна быть упакована в изолированный чехол на тыльной поверхности полотна;<br>3. Ориентировочные внешние габариты стропы (ДхШ): не более 3000х30 мм     | 6  |
| 1.9 | Защитный чехол                          | 1. Защитный чехол закрытого типа;<br>2. Чехол должен быть оборудован системой крепления типа «Molle»;<br>3. Ткань типа «Кордура» с основанием из полиуретана, (или аналог), устойчивая к многократным механическим деформациям;<br>4. Цвет защитного чехла: оливковый | 1  |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на приобретение медицинской мебели и изделий медицинского назначения

**Область применения:** комплектование необходимым медицинским имуществом режимных помещений.

Стандартный вариант окраски медицинской мебели – белый.

### Перечень медицинской мебели и изделий медицинского назначения:

| № п/п | Наименование, требуемые характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кол-во (шт.) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.    | <b>Кушетка медицинская.</b><br>Характеристики:<br>1. Размер кушетки (ДхШхВ): не более 1950х594х520 мм;<br>2. Материал: подголовник и лежак изготовлены из ДСП, пенополиуретана, обтянуты винилискожей;<br>3. Подголовник регулируемый;<br>4. Угол подъема не менее – 0-30 градусов;<br>5. Кушетка на металлическом каркасе, предназначена для использования в физиотерапевтических, процедурных кабинетах.                                                                                                               | 1            |
| 2.    | <b>Штатив для вливания.</b><br>Характеристики:<br>1. Диаметр колес: не более 50 мм, два из которых – с тормозом.<br>2. Размеры штатива, на колесных опорах (ДхШхВ): не менее 430х430х1800 мм.<br>3. Штатив передвижной, регулируемый по высоте.<br>4. Стойка выдвижная, 2 крючка, 2 держателя флаконов, изготовленные из нержавеющей текстурированной стали.                                                                                                                                                             | 1            |
| 3.    | <b>Подставка для забора крови.</b><br>Характеристики:<br>1. Размер подставки на колесных опорах (ДхШхВ): не более 540х450х1000 мм.<br>2. Материал: сталь с полимерным покрытием.<br>3. Дополнительная подушка (ДхШхВ): не более 230х150х50 мм<br>4. Подставка для забора крови, со столешницей из ламинированного ДСП, регулируемой по высоте. Подставка комплектуется подушкой из пенополиуретана в чехле из винилискожи.                                                                                               | 1            |
| 4.    | <b>Шкаф 2-х модульный двустворчатый.</b><br>Характеристики:<br>1. Размер шкафа на низких опорах (ДхШхВ): не более 1900х900х450 мм<br>2. Материал: сталь с полимерным покрытием.<br>3. Шкаф 2-х модульный с металлическими дверями (с замком) и выдвижными ящиками. Верхний модуль – 6-ти полочный с четырьмя регулируемыми полками с минимальным шагом 105 мм. Нижний модуль – с 8-мью выдвижными ящиками (высота каждого – 240 мм) с шариковыми направляющими. Распределенная нагрузка на каждый ящик – не более 10 кг. | 1            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5.  | <b>Стул со спинкой винтовой.</b><br>Характеристики:<br>1. Размеры стула (ДхШхВ): не менее 450х400х800 мм;<br>2. Материал: сидение – ДСП, пенополиуретан, винилискожа;<br>3. Регулировка по высоте;<br>4. Максимальная нагрузка не менее 150кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| 6.  | <b>Столик с выдвижным ящиком и 2-мя поддонами из нержавеющей стали.</b><br>Характеристики:<br>1. Размер столика на колесных опорах (ДхШхВ): не менее 850х450х800 мм.<br>2. Материал: сталь с полимерным покрытием.<br>3. Габариты поддона (ДхШхВ): не менее 650х400х15 мм.<br>4. Межполочное расстояние – не менее 220 мм.<br>5. Столик с выдвижным ящиком (высота 120 мм), оснащен замком. Имеет 2 съемных и один несъемный (верхний) поддоны из нержавеющей текстурированной стали.                                                         | 1 |
| 7.  | <b>Столик с 3-мя выдвижными ящиками и съемным поддоном из нержавеющей стали.</b><br>Характеристики:<br>1. Размер столика на колесных опорах (ДхШхВ): не менее 450х450х800 мм.<br>2. Материал: сталь с полимерным покрытием.<br>3. Габариты поддона (ДхШхВ): не менее 350х230х14 мм.<br>4. Межполочное расстояние – не менее 200 мм.<br>5. Столик с 3-мя выдвижными ящиками (высота 60 мм – 2 шт., высота 120 мм – 1 шт.) и съемным поддоном из нержавеющей текстурированной стали.                                                            | 1 |
| 8.  | <b>Стол однокорпусной с 4-мя выдвижными ящиками в корпусе и выдвижными ящиками под столешницей.</b><br>Характеристики:<br>1. Размер стола (ДхШхВ): не более 1400х600х800 мм.<br>2. Материал: сталь с полимерным покрытием.<br>3. Стол однокорпусной с 4-мя выдвижными ящиками в корпусе (высота 120 мм – 3 шт., высота 240 мм – 1 шт.) и выдвижными ящиками под столешницей (высота 60 мм – 2 шт.).<br>4. Столешница из ламинированного постформинга. Предпочтительно левое расположение корпуса.<br>5. Габариты тумбы – не менее 450х450 мм. | 1 |
| 9.  | <b>Стул со спинкой.</b><br>Характеристики:<br>1. Размеры стула (ДхШхВ): не менее 450х400х800 мм.<br>2. Материал: сидение – ДСП, пенополиуретан, винилискожа.<br>3. Стул на металлическом каркасе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 |
| 10. | <b>Емкость-контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий 5 литров.</b><br>Характеристики:<br>Габаритные размеры емкости-контейнера (ДхШхВ): не менее 400х265х155 мм.<br>Масса: не более 1,5 кг.<br>Внутренние минимальные размеры поддона (ДхШхВ): не менее 255х200х125 мм.<br>Внутренний размер поддона по диагонали: не менее 375 мм.                                                                                                                                                                      | 2 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | <p>Полный объем емкости-контейнера: не более 8 л.<br/>         Полезный объем емкости-контейнера: не более 5 л.<br/>         Внутренний размер кармана: не менее 80х50 мм.<br/>         Устойчив к температурному воздействию до +65 градусов.<br/>         Материал: полипропилен.<br/>         Емкость-контейнер предназначена для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях.<br/>         Комплектация:<br/>         Корпус: 1 шт.;<br/>         Крышка: 1 шт.;<br/>         Поддон: 1 шт.;<br/>         Пластина для погружения в раствор легких изделий: 1 шт.;<br/>         Руководство по эксплуатации: 1 шт.</p> |   |
| 11. | <p><b>Контейнер для отходов педальный 10л.</b><br/>         Характеристики:<br/>         1. Размеры (ВхШ): не менее 300х260мм;<br/>         2. Материал корпуса: пластик повышенной прочности или металл;<br/>         3. Наличие механизма ножной педали;<br/>         4. Крышка должна закрываться плотно;<br/>         5. Должен переносить многократные дезинфекции;<br/>         6. Объем: не менее 10 литров, не более 15 литров.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| 12. | <p><b>Лоток медицинский.</b><br/>         Характеристики:<br/>         1. Размеры лотка (ДхШхВ): не более 265х148х36 мм.<br/>         2. Материал: высококачественная нержавеющая сталь.<br/>         3. Лоток медицинский почкообразный.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |
| 13. | <p><b>Рециркулятор воздуха бактерицидный.</b><br/>         Характеристики:<br/>         1. Размеры (ШхВхГ): не более 280х180х850 мм;<br/>         2. Количество УФ ламп: не менее 2 шт.;<br/>         3. Мощность УФ ламп: не менее 15 Вт;<br/>         4. Наличие индикатора режимов и параметров;<br/>         5. Уровень шума: не более 55 дБА;<br/>         6. Потребляемая мощность от сети не более – 130 Вт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| 14. | <p><b>Дозатор локтевой для жидкого мыла.</b><br/>         Характеристики:<br/>         1. Дозатор локтевой должен быть предназначен для подачи жидкого мыла;<br/>         2. Корпус должен быть изготовлен из высокопрочного пластика;<br/>         3. Локтевой рычаг и внутренние детали должны быть изготовлены из нержавеющей стали;<br/>         4. Емкость для мыла не менее 1 литра.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| 15. | <p><b>Дозатор локтевой для антисептических растворов.</b><br/>         Характеристики:<br/>         1. Дозатор локтевой должен быть предназначен для подачи антисептических растворов;<br/>         2. Корпус должен быть изготовлен из высокопрочного пластика;<br/>         3. Локтевой рычаг и внутренние детали должны быть изготовлены из нержавеющей стали;<br/>         4. Емкость для антисептика не менее 1 литра.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |