

Приложение 1  
к заявке на закупку  
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Технические требования**

| №<br>п/п                                                                       | Наименование технических характеристик,<br>параметров                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лот №1, 5 - Изотонический раствор<br>DXH 500 Series Diluent (или аналог)       | 1.Фасовка 1 уп. -10 л.<br>2.Реагенты должны быть совместимы с автоматическим гематологическим анализатором DxH 500, производства компании Beckman Coulter, Ирландия.<br>3.Раствор должен быть готовы к применению.                                                                |
| Лот №2,6 - Лизирующий раствор<br>DxH 500 Series Lyse (или аналог)              | 1.Фасовка 1 уп. -500мл.<br>2.Реагенты должны быть совместимы с автоматическим гематологическим анализатором DxH 500, производства компании Beckman Coulter, Ирландия.<br>3.Раствор должен быть готовы к применению.                                                               |
| Лот №3,7 - Промывающий раствор<br>DxH 500 cleaner Series (или аналог)          | 1.Фасовка 1 уп. -500мл.<br>2.Реагенты должны быть совместимы с автоматическим гематологическим анализатором DxH 500, производства компании Beckman Coulter, Ирландия.<br>3. Раствор должен быть готовы к применению.                                                              |
| Лот №4 - Набор контрольных материалов DxH 500 три уровня контроля (или аналог) | 1.Фасовка 1 уп. - 6 фл по 2,3мл.<br>2.Контрольный материал должен подходить для государственной метрологической поверки.<br>3.Контрольный материал должен быть совместим с автоматическим гематологическим анализатором DxH 500, производства компании Beckman Coulter, Ирландия. |