

Общество с ограниченной ответственностью «АрхиМедТех»
(ООО «АрхиМедТех»)

УНП 692161867, ОКПО 504115996000

Республика Беларусь, 223053, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет,
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д. 14А, каб. 27

Акт - заключение
о техническом состоянии
№ 5-26-1 от 03.08.2026г.

Наименование Заказчика: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии»

Представителем ООО «АрхиМедТех», главным инженером Шахлаем Д.И., в соответствии с условиями договора № 5-26 от 05.03.2026 г. проведено техническое диагностирование следующего оборудования:

Наименование, модель оборудования	Зав. № / Инв. №	Год выпуска
Шкаф ламинарный 2-го класса защиты с регул. стойкой, Labconco Corporation, США, LOGIC	041230242 / 01371706	2005
Шкаф ламинарный класса II биологич. защиты с УФ облучателем, Labconco Corporation, США, LOGIC	081095312B2 / 01372002	2009

Выявленные дефекты (неисправности) на момент диагностики: утрата эксплуатационных характеристик воздушных фильтров вследствие длительной эксплуатации.

Заключение: для восстановления работоспособности требуется выполнить: замену комплекта фильтров с предварительной деконтаминацией (материалы Исполнителя), настройку воздушных потоков, а также, выполнить контроль технических параметров шкафа ламинарного с выдачей протокола (для каждого шкафа ламинарного).

Ориентировочная стоимость ремонта с учетом стоимости запасных частей и расходных материалов –

Срок выполнения работ: 20 рабочих дней с момента подписания договора.

Представитель ООО «АрхиМедТех»:

Шахлай Д.И.

Представитель Заказчика:

подпись

Ф.И.О., должность



Главный инженер: Шахлай Дмитрий Игоревич, +375 33 366-04-48, a3545757@gmail.com