

БелМТ №808/26

лот 1

Приложение
к заявке на закупку №1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Винт интерферентный биоабсорбируемый	шт	15
2	Винт интерферентный биоабсорбируемый	шт	50
3	Винт интерферентный биоабсорбируемый	шт	35
4	Комплект инструментов для установки винтов интерферентных биоабсорбируемых	комплект	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Наименование продукции	Базовые параметры
2.1	Винт интерферентный биоабсорбируемый.	2.1.1 предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок 2.1.2 диаметр $7 \pm 0,1$ мм 2.1.3 длина резьбовой рабочей части 30 ± 1 мм 2.1.4 диаметр внутреннего отверстия не менее 1,5 мм 2.1.5 структура - гомогенная, перфорированная, должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине 2.1.6 поверхность должна быть полированной, не имеющей острых граней. 2.1.7 поставляется в индивидуальной стерильной упаковке
2.2	Винт интерферентный биоабсорбируемый	2.2.1 предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок 2.2.2 диаметр $8 \pm 0,1$ мм 2.2.3 длина резьбовой рабочей части 30 ± 2 мм 2.2.4 диаметр внутреннего отверстия не менее 1,5 мм 2.2.5 структура - гомогенная, перфорированная, должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине

		2.2.6 поверхность должна быть полированной. не имеющей острых граней. 2.2.7 поставляется в индивидуальной стерильной упаковке
2.3	Винт интерферентный биоабсорбируемый	2.3.1 предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции связок 2.3.2 диаметр $9 \pm 0,1$ мм 2.3.3 длина резьбовой рабочей части 30 ± 1 мм 2.3.4 диаметр внутреннего отверстия не менее 1,5 мм 2.3.5 структура - гомогенная, перфорированная, должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине 2.3.6 поверхность должна быть полированной. не имеющей острых граней. 2.3.7 поставляется в индивидуальной стерильной упаковке
2.4	Комплект инструментов для установки винтов интерферентных биоабсорбируемых.	2.4.1 Должен обеспечивать все этапы установки и удаления фиксатора в соответствии с технологическим процессом. 2.4.2 Отвертка для вкручивания винта интерферентного биоабсорбированного: 2.4.2.1 длина рабочей части не менее 200 мм; 2.4.2.2 рабочая часть канюлированная по всей длине для возможности проведения через нее спицы; 2.4.2.3 диаметр внутреннего отверстия рабочей части отвертки не менее 1,5 мм; 2.4.2.4 форма наконечника отвертки должна соответствовать форме концевой части винта интерферентного биоабсорбируемого для возможности его ввинчивания и прочной фиксации на отвертке

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №808/26

лот 2

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

2. Состав (комплектация) медицинских изделий

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Устройство для шва мениска, изогнутый вверх на 24°	комплект	10
2	Устройство для шва мениска, изогнутый вверх на 12°	комплект	70
3	Устройство для шва мениска, прямой	комплект	10
4	Устройство для шва мениска, изогнутый вниз на 12°	комплект	10

3. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”

№ п/п	Состав:	Технические требования:
2.1	Устройство для шва мениска, изогнутый вверх на 24°	3.1.1 Устройство для шва мениска, изогнутый вверх на 24° 3.1.2 Заряжен двумя мягкоткаными якорями, заранее загруженных в систему доставки с помощью иглы 3.1.3 Диаметр иглы не более 1.5 мм 3.1.4 Возможность работы одной рукой 3.1.5 Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке
2.2	Устройство для шва мениска, изогнутый вверх на 12°	2.2.1 Устройство для шва мениска, изогнутый вверх на 12° 2.2.2 Заряжен двумя мягкоткаными якорями, заранее загруженных в систему доставки с помощью иглы 2.2.3 Диаметр иглы не более 1.5 мм 2.2.4 Возможность работы одной рукой 2.2.5 Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке
2.3	Устройство для шва мениска, прямой	2.3.1 Устройство для шва мениска, прямой $\pm 0,5^\circ$ изгиб 2.3.2 Заряжен двумя мягкими анкерами, заранее загруженных в систему доставки с помощью иглы 2.3.3 Диаметр иглы не более 1.5 мм 2.3.4 Возможность работы одной рукой 2.3.5 Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке
2.4	Устройство для шва мениска, изогнутый вниз на 12°	2.4.1 Устройство для шва мениска, изогнутый вниз на 12° 2.4.2 Заряжен двумя мягкими анкерами, заранее загруженных в систему доставки с помощью иглы

	2.4.3 Диаметр иглы не более 1.5 мм 2.4.4 Возможность работы одной рукой 2.4.5 Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке
--	---

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.