

Приложение 1

Технические

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Наименование	Базовые параметры	Кол-во закупаемых наборов (тестов)
Карты гелевые для определения группы крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом и определения резус фактора	Карты гелевые для определения группы крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом и определения резус фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами для выявления слабого D и частичных вариантов D-антигена, включая вариант DVI для реципиентов. В каждой пробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Микропробирка А должна содержать моноклональный реагент анти-А. Микропробирка В - моноклональный реагент анти-В. Микропробирка АВ – моноклональный реагент анти-АВ. Микропробирка Clt (контроль) должна содержать буферный раствор без антител. Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (для определения групп крови перекрестным методом с использованием стандартных эритроцитов). На лицевой стороне должен быть указан тип микропробирки, должно быть предусмотрено место для внесения идентификационных данных пациента. Набор не менее 50 карт.	10 наб.(500 иссл.

2. Технические требования:

2.1. Наличие регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь на изделия медицинского назначения;

2.2. Участник должен обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания.

2.3. Заявленные гелевые карты должны быть совместимы с оборудованием (центрифуга, термостат) Across System находящейся в эксплуатации в клиническо-диагностической лаборатории центра для обеспечения его бесперебойной и качественной работоспособности.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: срок годности указанных наборов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока, установленного заводом-изготовителем.

4. Срок поставки: не позднее 60 дней с момента заключения договора, частями по согласованию с заказчиком.


5. Условия поставки: транспортом и за счет поставщика.
6. Условия оплаты: по факту поставки с отсрочкой платежа.

Разработчики технических требований:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. А.Д. Бахтина | врач клинической лабораторной диагностики
клинико-диагностической лаборатории |
| 2. Т.В. Путрик | врач клинической лабораторной диагностики
клинико-диагностической лаборатории |
| 3. Л.Е. Посканная | фельдшер-лаборант клинико-диагностической
лаборатории |



(подпись)



(подпись)



(подпись)

