



РЕНЕКС РТ

e-mail: renex-rt@yandex.ru www.renex-rt.by
т. +375 17 277-31-52, моб. тел. +375 29 752-07-87

официальный дистрибьютор: SARSTEDT AG&Co.KG; Baholzer Endoscopy GmbH; Primax-Berlin GmbH; Aptaca S.p.A.;
Promised Hangzhou Meditech Co. LTD; Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd., Mahe medical GmbH

№ 2509-1 от 25.09.2026г.

Для УЗ «Минский областной клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П.М. Машерова»

Дефектный акт

Представители ЧТСУП «Ренекс РТ» электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования Стасюлевич А.П., прошедший профессиональное обучение у производителя Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş. согласно Свидетельства от 15.11.18, произвел обследование на предмет работоспособности Оборудования дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов: моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash.

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт
1	Оборудование дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов: моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash	1

После обследования моечно-дезинфицирующей машины были обнаружены неисправности, в следствие чего следующие детали необходимы к замене:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Количество
1	Замена соленоидного клапана	н/п	1
2	Использованы материалы: катушка соленоидного клапана	Шт.	1
3	Использованы материалы: шток соленоидного клапана	Шт.	1
4	Замена обратного клапана	н/п	1
5	Использованы материалы: обратный клапан	Шт.	2

Срок выполнения работ, оказания услуг – в течение 15 дней со дня получения заявки.

Представитель ЧТСУП «Ренекс РТ»

Инженер Стасюлевич А.П.

