Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Перевязочные материалы (марля) для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

ЛОТ №1 Марля медицинская хлопчатобумажная	90+/-1,5см х 800-1300м	1 110 000 м.п.

**** Отрицательное отклонение по длине бинтов не должно превышать 8%, отклонение в сторону увеличения длина бинтов не ограничивается.***

2. Технические требования:

ЛОТ №1 **Марля медицинская хлопчатобумажная**
2.1. Марля должна быть изготовлена из пряжи хлопчатобумажной. 2.2. Марля должна иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м^2. 2.3. Марля должна обеспечивать капиллярность не менее 10 см/ч, гидрофильность, смачиваемость не более 10сек. 2.4. Марля должна быть нейтральна по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки - нейтральная. 2.5. Марля должна иметь разрывную нагрузку по основе не менее 78Н, по утку не менее 34Н. 2.6. Массовая доля хлористых солей не более 0,02 %. 2.7. Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%. 2.8. Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%. 2.9. Время определения содержания окисляемых веществ не менее 5мин. 2.10. Содержание окрашивающих веществ - бесцветные вытяжки. 2.11. Массовая доля жировых веществ не более 0,3%. 2.12. Влажность от 5 до 8,5%. 2.13. Зольность не более 0,3%.
2.14. Марля не должна содержать аппретирующих веществ. 2.15. Марля должна быть белизной не менее 80%. 2.16. Степень устойчивости белизны не более 10%. 2.17. Упаковка марли должна обеспечить сохранность качества.

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».