

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Лот 1

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Иглодержатель изогнутый длиной 135 мм (± 2 мм) - 3 шт.

2. Технические требования:

2.1. губки изогнутые,

2.2. общая длина - 135 мм (± 2 мм)

2.3. ширина рабочей части - 0,95 мм (± 1 мм)

2.4. длина рабочей части - 11,5 мм (± 1 мм)

Лот 2

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Ножницы изогнутые для конъюнктивы - 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина - 105 мм (± 1 мм)

2.2. ширина рабочей части - 0,3 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.3. длина рабочей части - 12 мм (± 1 мм)

2.4. ручка - круглая

2.5. материал - сталь

Лот 3

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Векорасширитель - 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина - 78 мм (± 1 мм)

2.2. закрытые проволочные опоры шириной 15 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.3. тип - титановый

Лот 4

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Пинцет роговичный типа колибри длиной 75 мм (± 2 мм) - 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина - 75 мм (± 2 мм)

2.2. зубья - 1х2

2.3. ширина ручки - 9 мм (± 1 мм)

2.4. платформа - 3 мм (± 1 мм)

Лот 5

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Пинцет для завязывания нитей прямой по Макферсону длиной 100 мм (± 1 мм) - 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина 100 мм (± 1 мм)

2.2. рабочая часть - прямая

2.3. плоская ручка - ширина 7 мм (± 1 мм)

2.4. платформа - длина 6 мм (± 1 мм)

Лот 6

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Зажим типа «Москит» - 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина не более 95 мм

2.2. рабочая часть – прямая

2.3. ширина кончиков - не менее 1 мм

2.4. ручка – плоская, стальная

Лот 7

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Пинцет Monarch для установки ИОЛ в картридж – 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина 108 мм (± 1 мм)

2.2. ручка – плоская, титановая

2.3. ширина ручки – не менее 10 мм

Лот 8

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Инжектор универсальный для имплантации ИОЛ - 3 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина не менее 160 мм

2.2. механизм – винтовой

Лот 9

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Лезвиедержатель – 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина не менее 120 мм

2.2. кончики – 13 мм (± 1 мм);

Лот 10

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 3 шт.:

1.1. Диагностическая офтальмологическая линза - 1 шт.

1.2. Руководство по эксплуатации, паспорт на белорусском и (или) русском языках - 1 шт.

1.3. Футляр (чехол) - 1 шт.

2. Технические характеристики, показатели:

2.1. Офтальмологическая диагностическая линза

2.1.1. Увеличение изображения 0,75-0,76x

2.1.2. увеличение лазерного луча 1,32-1,34x

2.1.3. оптическая сила 90 D

2.1.4. рабочая дистанция 5-7 мм

2.1.5. статическое поле зрения не менее 74°

2.1.6. динамическое поле зрения не менее 89°

Лот 11

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 3 шт.:

1.1. Диагностическая офтальмологическая линза - 1 шт.

1.2. Руководство по эксплуатации, паспорт на белорусском и (или) русском языках – 1 шт.

1.3. Футляр (чехол) - 1 шт.

2. Технические характеристики, показатели:

2.1. Офтальмологическая диагностическая линза

2.1.1. поле зрения 68°/81°

2.1.2. увеличение изображения 1.00x - 1.15x

2.1.3. оптическая сила 60 D

2.1.4. рабочее расстояние 10-13 мм

Лот 12

1. Состав (комплектация) изделия - 3 шт.:

1.1 Комплект скиаскопических линеек – 1 шт.

В состав входит: линейка положительная 1 шт., линейка отрицательная 1 шт., упаковка (футляр) 1 шт., эксплуатационная документация, паспорт 1 шт.

2. Технические требования:

2.1. пределы измерения рефракции глаза от +19 до -19 диоптрий

2.2. габаритные размеры линейки с круглыми линзами 370*42*12 мм

2.3. масса комплекта линеек в упаковке не более 0,7 кг.

2.4. средний срок службы не менее 6,5 лет.

Лот 13

1.1. Крючок манипулятор для ИОЛ изогнутый - 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина не менее 115 мм

2.2. каплеобразный кончик

2.3. круглая титановая ручка - диаметром 5 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.4. рабочая часть – стальная

Лот 14

1.1. Факочоппер - 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина не менее 112 мм

2.2. рабочая часть – стальная, изогнутая

2.3. круглая титановая ручка - диаметром 5 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.4. универсальный

Лот 15

1.1. Зонд для слезных каналов - 3 шт.

2. Технические требования:

2.1. общая длина не менее 110 мм

2.2. стальные рабочие части правый и левый; диаметр рабочей части 8 или 12 мм

Лот 16

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Жесткая, модель Т-26 заднекамерной фиксации (или аналог) - 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. Материал: полиметилметакрилат.

2.2. Форма оптики: двояковыпуклая

2.3. Размер оптической части; 5,5 мм, полный размер – 11 мм, угол наклона гаптики - 10°, А-константа – 118,6.

2.4. Наличие УФ-фильтра.

2.5. Оптическая сила: 10,0-27,0 д. с шагом 0,5 д.

2.6. Стерильно.

Лот 17

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Жесткая, модель Т-19 зрачковой фиксации (или аналог) – 5 шт.

2. Технические требования:

2.1. Материал: полиметилметакрилат.

2.2. Форма оптики: двояковыпуклая.

2.3. Размер оптической части: 5,0 мм, полный размер – 9 мм.

2.4. Наличие УФ-фильтра.

2.5. Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора

Лот 18

1. Состав: стерильный раствор натрия гиалуроната в концентрации 2% (20 мг/мл) в физиологическом солевом растворе.

2. Технические требования:

2.1 Вязкость раствора в диапазоне 350 000- 450 000 мПа.с .

2.2 Тип раствора – высококогезивный

2.3 Молекулярный вес не менее 2,7 Миллиона Дальтон

2.4 Форма выпуска: упаковка должна включать стерильный шприц с раствором объемом не менее 0,9 мл, канюлю калибра 25 Га для введения.

2.5 Возможность хранения без холодильника при температуре до +25 ° С.

Лот 19

Дисперсивно-когезивный вискоэластичный раствор на основе гиалуроната натрия

1. Область применения - проведение хирургических процедур на переднем отрезке глаза.

2. Состав: стерильный апиrogenный раствор натрия гиалуроната в допустимом диапазоне концентрации 1,6% (16 мг/мл) в забуференном фосфатами физиологическом растворе хлорида натрия.

3. Технические требования:

3.1 Вязкость раствора в диапазоне не более чем « $55\,700 \pm 8\,200$ сП» (при температуре 25° С и скорости сдвига 1 с-1).

3.2. Дисперсивно-когезивный тип раствора.

3.3. Молекулярный вес в допустимом диапазоне от 1 000 000 до 3 000 000 Дальтон.

Осмолярность - 340 миллиосмолей. РН в допустимом диапазоне 6,8-7,6. Рефракционный индекс -1,334

4. Форма выпуска: стерильная упаковка должна включать шприц с раствором объемом не менее 0,8 мл, канюлю калибра 27Га для введения, удерживающий зажим.

Лот 20

Дисперсивный вискоэластичный раствор на основе 2% гидроксипропилметилцеллюлозы:

1. Состав (обязательные компоненты): 2% гидроксипропилметилцеллюлоза

2. Технические требования:

2.1 Дисперсивный тип раствора.

2.2. Вязкость раствора в диапазоне 2500 - 5 500 мПа.с.

2.3 Молекулярный вес в диапазоне от 80 000 до 100 000 Дальтон.

2.4. Осмолярность 285 ± 32 миллиосмолей/кг.

3. Форма выпуска: шприц с объемом раствора не менее 2 мл с канюлей 25G

Лот 21

1. Состав (комплектация) изделия:

1.1. Ирис-капсуло-ретрактор – 100 шт.

Один комплект должен включать: 4 крючка

2. Технические требования:

2.1. Материалы — полипропилен

2.2. Область применения – операции фактоэмульсификации осложненных катаракт

2.3. Общая длина — 12 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.4. Длина крючка — 2,8 мм ($\pm 0,1$ мм)

2.5. стерильный, одноразовый

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора