

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел.
Факс

Государственное учреждение здравоохранения
"Минский областной клинический госпиталь
инвалидов Великой Отечественной войны имени
П.М.Машерова"
аг. Лесной, Минский район, Минская область,
223040
Тел. +375 29 140-39-08

Дефектный акт № 732 от 25.09.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
аппарат искусственной вентиляции легких SV300, серийный номер GB-1A047115
2. Выявленные неисправности:
Вышла из строя АКБ.
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
Замена АКБ.
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
аккумуляторная батарея АКБ (CS-MRM800MD Li-ion 14.8V) - 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.



Представитель «Государственное
учреждение здравоохранения "Минский
областной клинический госпиталь инвалидов
Великой Отечественной войны имени
П.М.Машерова"»

Игорь П.
Должность, ФИО

Подпись