

Приложение 1

Лот №1

1. Состав (комплектация) оборудования:

В состав приобретаемого оборудования должны входить:

№	Наименование	Количество
1.	Электроды для временной кардиостимуляции с интродьюсерами	100 шт

2. Технические требования.

2.1. Электрод для временной кардиостимуляции должен быть снабжен раздуваемым баллоном, расположенным между проксимальным и дистальным полюсами электрода, облегчающим установку электрода без использования рентгеновского излучения / не требующий условий рентгеноперационной*

2.2. Рентген-контрастные маркеры на расстоянии не менее 10-15 мм друг от друга наличие не менее 2 маркеров

2.3. Тип стимуляции биполярный

2.4. Диаметр электрода 4-5 F

2.5. Совместимость предлагаемого электрода с интродьюсером 7F

2.6. Длина полезной части электрода не менее 110 см

2.7. Электрод должен быть снабжен шприцем для раздутия баллона, иглой/канюлей для установки электрода и ЭКГ-адаптером, совместимый с временными ЭКС, имеющимися на балансе УЗ «Витебский областной клинический кардиологический центр»: наружные кардиостимуляторы Medtronic MODEL 5348; PACE Medical EC4542G *

Примечание: * данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

Остаточный срок годности расходных материалов на дату поставки должен составлять не менее 60% от установленного производителем.

Приложение 2

Лот №2

№	Наименование	Количество
1.	Интродьюсер 7F	100 шт

2. Технические требования

2.1. Интродьюсер с внутренним просветом соответствующей модели оснащённый гемостатическим клапаном и боковым промываемым портом с трёхходовым краником

2.2. Длина интродьюсера 10-13 см.

2.3. Фиксируемый суживающийся дилататор соответствующего диаметра модели длиннее интродьюсера для плавного продвижения устройства в сосуд.

2.4. Пункционная ангиографическая игла (канюля) диаметром 18-20G длиной 6-8 см соответствующая диаметру проводника.

2.5. Проводник стальной типа J диаметром 0,035"-0.038" длиной не менее 1,5 длин дилататора.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

Остаточный срок годности расходных материалов на дату поставки должен составлять не менее 60% от установленного производителем.