

## Приложение 1

### Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

#### Лот №1: Трубка насоса для инжектора.

##### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                       | Ед. изм. | Количество |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1        | Трубка насоса XD8003 или аналог для автоматического инжектора контрастных веществ для PKT, Ulrich medical inject CT motion XD 8000 | шт.      | 360        |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Три подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха.

2.2 Специальный фильтр для мелких частиц.

2.3 Встроенная система контроля давления.

2.4 Проверена на прочность по выдерживанию давления.

2.5 Проверена на совместимость с КВ.

2.6 Апиrogenная.

2.7 Герметичность максимально 20 бар, материал ПУР и ПВХ (без DEHP).

2.8 Без латекса.

2.9 Максимально допустимое время применения 24 часа.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Срок годности при поступлении к потребителю должен быть не менее 60% от срока, установленного производителем

3.2. Максимальный срок годности товара должен быть не менее 5 (пяти) лет.