

«Праймедикал»

220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, офис 506

e-mail: info@primedical.by, тел. +375 29 644-41-87

Счет BY 81 PJCB 3012 0598 7610 0000 0933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 115 г. Минск:
г. Минск, ул. Кропоткина, 91 BIC: PJCBVY2X, УНП 192980985, ОКПО 501156715000

г. Минск, 06.10.2026

Государственное учреждение «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь

**Заключение о техническом состоянии
оборудования «Olympus»**

Сотрудниками нашего сервисного центра была проведена дефектация ретропроцессора эндоскопов
OER-AW №2632020 *ЛИКВ № 01376600*

Тестирование прибора выявило наличие следующих неисправностей:

- отложения на датчиках уровня дезинфицирующего средства;
- отказ элемента питания платы управления;
- блокировка платы управления.

Требуется проведение текущего ремонта с комплексом восстановительных работ, с заменой
запасных частей, расходных материалов: литиевая батарея памяти MEM-7044 – 1 шт.

Срок выполнения текущего ремонта: в течении 15 рабочих дней.

Срок гарантии: 3 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

Сотрудниками нашего сервисного центра
Начальник сервисного отдела

Е.В. Александрович



Индекс по след. оборудованию В/В В.В. Смаккер