

СЕРВИСНЫЙ ОТЧЕТ		К договору №
Наименование оборудования: Система Вороноротовая	Производитель, модель: Автомат Супер Е 30	Серийный номер: 5144 016.0350175
Место установки: ГЗ, Республиканский Клинический медицинский центр		Дата выезда: 25.08.2016г.
Цель выезда: Диагностика системы.	Неисправности: Протечка в системе.	
Проведенные работы: Проверена диагностика системы. Установлена течь манометра регуля- ции. Необходимо выполнить ремонт манометра регуляции.		

Инженер ООО «Евалаб»			
			
Работы приняты в полном объеме.			
25.08.2016		Вед. инженер ООО «Евалаб»	Венусов А.В.
Дата	Подпись	Должность	ФИО