

БелМТ №889/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Аппарат для автоматической обработки 2-х гибких эндоскопов с принадлежностями

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Базовые параметры	Кол-во
1.1	Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов	2.1	2
1.2	Комплект расходного материала для обработки эндоскопов в моечной машине. (В состав комплекта включаются дезинфицирующие, моющие растворы, фильтры дезинфектанта, тесты для определения минимально эффективной концентрации раствора и др. расходные материалы из расчета на 6 месяцев работы при 6-ти циклах ежедневно с учетом требований совместимости производителя моечно-дезинфекционной машины (в т.ч. для соблюдения требований гарантийного обслуживания машины)	2.2	2 комп.
1.3	Комплект расходных материалов для системы предварительной подготовки воды. (В состав комплекта системы предварительной подготовки воды включаются расходные материалы из	2.3	2 комп.

	расчета на 6 месяцев работы при 6-ти циклах в день.)		
--	--	--	--

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)"

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1	Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов		
2.1.1	Автоматическая очистка и дезинфекция высокого уровня гибких фибро/видео эндоскопов всех типов (гастро/колоно/бронхо) различных производителей, в том числе Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape	Наличие	
2.1.2	Полностью автоматизированная обработка эндоскопов	Наличие	*
2.1.3	Количество обрабатываемых гибких эндоскопов одновременно, не менее 2	Наличие	*
2.1.4	Встроенная система рециркуляции дезинфектанта	Наличие	*
2.1.5	Программирование временных параметров циклов обработки	Наличие	
2.1.6	Функция тестирования на герметичность на протяжении всего цикла обработки	Наличие	*
2.1.7	Функция орошения каналов эндоскопа спиртом с последующей сушкой	Наличие	
2.1.8	Возможность работы при температуре водопроводной воды, моющих и дезинфицирующих средств, не требующих дополнительного подогрева	Наличие	*
2.1.9	Технология принудительной очистки эндоскопов	Наличие	
2.1.10	Программа автоматической самоочистки, включающая дезинфекцию внутренних его каналов, для исключения риска перекрестной контаминации	Наличие	*
2.1.11	Набор коннекторов и переходников для подключения и обработки гибких эндоскопов различных производителей, в том числе Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape	Наличие	
2.1.12	Возможность использования различных моющих и дезинфицирующих препаратов, разрешенных к применению в РБ и рекомендованных производителем моечно-дезинфекционной машины для обработки эндоскопов	Наличие	*

2.1.13	Возможность автоматического приготовления моющего и дезинфицирующего средства необходимой концентрации из концентрата	Наличие	*
2.1.14	Система предварительной подготовки воды	Наличие	*
2.1.15	Система обеззараживания входящей воды	Наличие	
2.1.16	Двухступенчатая система фильтрации воды с внешним фильтром воды с порами не более 1 мкм для удаления механических примесей из проточной воды и встроенным фильтром тонкой очистки с порами не более 0,2 мкм для снижения уровня пирогенности проточной воды, с индикацией степени засорения системы фильтрации и клапаном для сброса давления воды в системе фильтрации при замене фильтра.	Наличие	
2.1.17	Напряжение питания для инсталляции – 220 Вольт	Наличие	
2.1.18	Крышка камеры для укладки эндоскопов, обеспечивающая закрытый контур для исключения риска испарения дезсредства в воздушную среду моечной комнаты, при открывании цикл обработки останавливается	Наличие	
2.1.19	Функция открытия крышки камеры для укладки эндоскопов по окончании цикла обработки без контакта с руками оператора (ножная педаль)	Наличие	
2.1.20	Наличие компрессора и воздушного пистолета для просушки каналов эндоскопа после завершения цикла обработки в комплекте	Наличие	
2.1.21	Резервуар для раствора дезинфицирующего средства, подаваемого в рабочую камеру	Наличие	
2.1.22	Резервуар для спирта	Наличие	
2.1.23	Встроенный принтер для распечатки и документирования цикла обработки эндоскопов	Наличие	

* Данные требования технического задания имеют особо важное значение и при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно документации организатора.