

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик)**

**Установка комбинированная со встроенной ультразвуковой мойкой с
принадлежностями**

**1. Состав (комплектация) оборудования (из расчета на 1 комплект
оборудования):**

№ п/п	Наименование	Кол-во, ед.
1.	Установка моющая ультразвуковая для обработки медицинского инструментария с принадлежностями в составе:	1 комплект
1.2.	Мойка – стол с двумя ваннами, в том числе одна для ультразвуковой обработки и одна для ополаскивания, с двумя тумбами.	1 шт.
1.3.	Генератор для ультразвуковой ванны с электронным блоком управления, интегрированный в установку.	1 шт.
1.4.	Пистолет для продувки сжатым воздухом в комплекте с гибким шлангом, интегрированный через столешницу	1 шт.
1.5.	Пистолет для промывки водой с комплектом наконечников, облегчающих очистку обрабатываемых изделий в комплекте с гибким шлангом, интегрированный через столешницу	1 шт.
1.6.	Корзина из нержавеющей стали, совместимая с ультразвуковой мойкой.	1 шт.
1.7.	Подставка из нержавеющей стали для корзин, совместимая с ультразвуковой мойкой.	1 шт..
1.8.	Крышка ультразвуковой ванны съёмная	1 шт.
1.9.	Смеситель для ванны с длинным изливом и дополнительной лейкой для холодной и горячей воды	1 шт.
1.10	Сифон для ультразвуковой ванны с дистанционно управляемым донным клапаном.	1 шт.

1.1 1	Сифон ванны для ополаскивания со вставкой для поддержания необходимого уровня воды в ванне, с переливом	1 шт.
----------	---	-------

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Требуемые параметры
2.1.	Столешница должна быть выполнена в виде единого неделимого блока с бортиком со стороны стены и двумя ванными, в одну из которых интегрирована ультразвуковая ванна
2.2.	Две нижних тумб должны закрывать всё пространство до пола, иметь распашные двери и полки для размещения оборудования, хранение принадлежностей и расходных материалов.
2.3.	Все панели тумб и столешница должны быть выполнены из нержавеющей стали и должны иметь многослойную структуру, исключая их дребезжание и деформацию
2.4.	Рабочая ванна (по объёму рабочей жидкости) не менее 30 литров
2.5.	Габариты: 1800×710×870 (±100мм)
2.6.	Пистолет для мытья обрабатываемых изделий водой под давлением должен иметь адаптеры(насадки) различного диаметра и значения- не менее 8 насадок..
2.7.	Монтажный набор для подключения к инженерным сетям, позволяющий подключить коммуникации в любой точке в пределах габарита установки
2.8.	Установка должна иметь исполнение для работы с централизованным подключением холодной и горячей водопроводной воды, деминерализованной воды, сжатого воздуха, канализации.
2.9.	Номинальная выходная мощность ультразвука- не менее 500 Вт.
2.10.	Электропитание- 220В, 50Гц
2.11.	Возможность правого и левого исполнения(по расположению ультразвуковой ванны) при формировании заказа

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара

3.1. Согласно аукционных документов организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Установка комбинированная со встроенной ультразвуковой ванной

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1	Мойка-стол с двумя ваннами	1
1.2	Смесители для холодной и горячей воды с лейкой, с высоким изливом (один на подпружиненном основании)	2
1.3	Генератор для ультразвуковой ванны	1
1.4	Пистолет для продувки сжатым воздухом	1
1.5	Пистолет для промывки водой с комплектом наконечников	1
1.6	Автоматический сифон, сетчатый лоток с держателем, крышка для ультразвуковой ванны (комплект)	1
1.7	Сифон	1

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование
2.1	Стол-мойка с двумя отдельными ваннами изготовлены из нержавеющей стали
2.2	Столешница должна быть выполнена в виде единого неделимого блока с бортиком со стороны стены. Все панели и столешница должны иметь сэндвич-структуру, исключающую их «дребезжание» и деформацию
2.3	Смесители для холодной и горячей воды с лейкой, с высоким изливом (один на подпружиненном основании)
2.4	Габариты не менее: 2700*705*900(+60)мм
2.5	Нижние тумбочки имеют распашные двери
2.6	Наличие боковых декоративных панелей, закрывающих все пространство до пола и до задней стены для скрытия подводящих коммуникаций
2.7	Ультразвуковая мойка размером ванны не более 600*400*200
1.7	Ниша для встраивания моющей машины шириной не менее 900мм

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: Согласно аукционным документам организатора.