

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

а.г.Ждановичи

09.10.2026 г

Комиссия в составе представителей ЗАКАЗЧИКА

ГУ "Республиканский клинический медицинский центр" УД Президента Республики Беларусь

и представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС": инженер-электроник 1 категории, Скроцкий Н.С.,
провела обследование медицинского оборудования:

системы цифровые интегрированные для операционных Karl Storz OR1

Для поддержания работоспособности медицинского оборудования требуется замена следующих комплектующих, запасных частей и расходных материалов:

Катал. номер	Наименование запасной части	Кол-во	Наименование оборудования	Зав №№
	Жесткий диск HDD 3,5 sata, 2 tb с установкой ПО	3	Система цифровая интегрированная для операционных Karl Storz OR1	1300ER 1300EQ 1300EP
			увб 0378338 01378338	
			01378338	

Представители

Ведущий инженер ООМО
Парченко Д.К. М

Представитель

ОДО "БЕЛМЕДСЕРВИС"



Н.С.Скроцкий