

# Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

## Расходные материалы для отделений анестезиологии и реанимации

### 1. Состав (комплектация) оборудования:

| Номер и наименование ЛОТа                               | Состав (комплектация) оборудования                          | Количество |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ЛОТ №1<br>Игла для анестезии<br>Стимуплекс D или аналог | 1. Игла для проводниковой анестезии Стимуплекс D или аналог | 500 штук   |
|                                                         | 2. Игла для проводниковой анестезии Стимуплекс D или аналог | 500 штук   |

### 2. Технические требования:

| ЛОТ №1 Игла для анестезии Стимуплекс D или аналог |
|---------------------------------------------------|
| 2.1.1 Размер 22G, длина 50-52мм. Стерильно        |
| 2.1.2. Размер 22G, длина 120-125мм Стерильно      |
| 2.2 Иглы совместимы с прибором «Стимуплекс».      |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности), срока поставки в соответствии с документами организатора.