

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот № 1: Эндоскопические инструменты и принадлежности для ЭРПХГ: Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков.

1. Состав (комплектация)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков 8 проволочные с функцией вращения	10 шт.
1.2.	Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков 8 проволочные с каналом для проводника	10 шт.
1.3.	Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков 4-х проволочные с функцией вращения	10 шт.
1.4.	Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков 8 проволочные спиральные с каналом для проводника	5 шт.

2. Технические требования к заказываемому оборудованию

2.1. Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков 8 проволочные с функцией вращения

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.1.1	Порт для введения контрастного вещества	Наличие	
2.2.2	Диаметр для канала эндоскопа	Не более 2,8 мм	
2.2.3	Диаметр корзинки	Не более 20 мм	
2.2.4	Длина корзинки	Не менее 1900 мм	
2.2.5	Функция вращения	Наличие	*

2.2. Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков 8 проволочные с каналом для проводника

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.2.1	Порт для введения контрастного вещества	Наличие	
2.2.2	Диаметр для канала эндоскопа	Не более 3,7 мм	
2.2.3	Диаметр корзинки	Не более 20 мм	
2.2.4	Длина корзинки	Не менее 1900 мм	

2.2.5	Канал для проводника	Наличие	*
-------	----------------------	---------	---

2.3. Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков 4-х проволочные с функцией вращения

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.3.1	Порт для введения контрастного вещества	Наличие	
2.3.2	Диаметр для канала эндоскопа	Не более 2,8 мм	
2.3.3	Диаметр корзинки	Не более 22 мм	
2.3.4	Длина корзинки	Не менее 1900 мм	
2.3.5	Функция вращения	Наличие	*

2.4. Корзинки для извлечения камней из жёлчных протоков 8 проволочные спиральные с каналом для проводника

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.4.1	Порт для введения контрастного вещества	Наличие	
2.4.2	Диаметр для канала эндоскопа	Не более 3,7 мм	
2.4.3	Диаметр корзинки	Не более 20 мм	
2.4.4	Длина корзинки	Не менее 1900 мм	
2.4.5	Канал для проводника	Наличие	*

10111/2

1. Состав (комплектация) изделий медицинского назначения:

№	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Двухсторонняя щетка (одноразовая)	5000

2. Технические требования:

№	Технические требования	
1.	Двухсторонняя щетка (одноразовая):	
1.1.	Диаметр внешнего тубуса	1,8 мм
1.2.	Рабочая длина инструмента, не менее	55 мм
1.3.	Диаметр щетины	6 мм - 11мм
1.4.	Диаметр совместимого канала эндоскопа, не менее	2,4мм
1.5.	Рабочая часть	с двух сторон
1.6.	Торцевой ворс	наличие
1.7.	Нестерильная	
1.8.	Предназначена для чистки гнезд и клапанов гибких эндоскопов	