

Технические характеристики установки импульсной ультрафиолетовой передвижной для обеззараживания воздуха и поверхностей

1. Состав комплекта оборудования (1 комплекта):

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Установка импульсная ультрафиолетовая передвижная для обеззараживания воздуха и поверхностей	1 шт.
2.	Импульсная ксеноновая лампа	1 шт.

2. Технические требования

- 2.1. Наличие возможности выбора объекта обеззараживания в помещении (воздух или поверхности).
- 2.2. Наличие режима обеззараживания воздуха помещений от *Staphylococcus aureus* или аналог с эффективностью 99,9%.
- 2.3. Длительность цикла обеззараживания воздуха помещения объемом 100 м³ с бактерицидной эффективностью 99,9%, не более 3-х минут.
- 2.4. Наличие режимов для обеззараживания открытых поверхностей с эффективностью не менее 99,99%.
- 2.5. Наличие режимов для обеззараживания поверхностей: бактерицидный, спороцидный и фунгицидный.
- 2.6. Длительность цикла обеззараживания открытых поверхностей от *Staphylococcus aureus* или аналог, включая их метициллин-резистентные госпитальные штаммы (MRSA), на расстоянии 2 м с эффективностью не менее 99,99%, не более 3-х минут.
- 2.7. Наличие программного журнала обработок с данными обо всех проведенных обработках.
- 2.8. Наличие системы безопасности, автоматически выключающей установку при открывании двери обрабатываемого помещения.
- 2.9. Наличие устройства (датчика), осуществляющего постоянный контроль уровня бактерицидного потока в спектре УФ-излучения.
- 2.10. Производительность при бактерицидной эффективности 99,9%, не менее 2800 м³/час.
- 2.11. Содержание озона в воздушной среде помещения с работающей установкой по режиму эффективности 99,9%, не более 0,03 мг/м³.
- 2.12. Сплошной спектр излучения лампы в диапазоне 200-400 нм.
- 2.13. Передвижной тип установки.
- 2.14. Автоматический счетчик импульсов излучения лампы.
- 2.15. Световая индикация работы.
- 2.16. Возможность самостоятельного замены лампы.