

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница
им. Н.Е.Савченко»

В.В. Сиренко
2026 г.

Приложение 1

Техническое задание

Электронный прибор для измерения температуры и относительной влажности
помещения

Лот 1:

1. Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Прибор электронный для измерения температуры и относительной влажности помещения	120

2. Требования, предъявляемые к закупаемому оборудованию:

- 2.1. Предназначен для измерения и регистрации температуры воздуха и относительной влажности во времени, с последующей обработкой полученных данных на компьютере;
- 2.2. Область применения - для мониторинга условий хранения лекарственных средств и ИМН в медицинских и фармацевтических учреждениях;
- 2.3. Наличие функции фиксирования показаний температуры и влажности цифровой индикацией;
- 2.4. Количество каналов измерения -2;
- 2.5. Период регистрации от 1 сек до 24 часов, устанавливается в ПО (суточная точность хода не хуже +/-1 сек.);
- 2.6. Тип записи данных циклический, до заполнения;
- 2.7. Тип старта - по времени, по кнопке;
- 2.8. Количество интервалов записи циклов сессий - не менее 20.
- 2.9. Температура: не менее -40 не менее +55 (допустимая погрешность - не более +/- 0,4);
- 2.10. Относительная влажность: не менее 80 (допустимая погрешность не более +/- 2, 5%);
- 2.11. Прибор должен работать от батареек (или аналог);
- 2.12. Должна быть регистрация в Государственном реестре средств измерения и допущен к применению в РБ;
- 2.13. Наличие мобильного приложения для аварийного мониторинга посредством мобильного телефона оперативной системы Android;
- 2.14. Фильтрация по максимальному и минимальному значению, по времени;
- 2.15. Выполнять формирование отчетов в формах PDF и Excel;
- 2.16. Функция русского языка;
- 2.17. Наличие поверки и клейма.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку и объема предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара.

- 3.1 Гарантийный срок эксплуатации товара - не менее 24 месяца.
- 3.2 Наличие на территории РБ компании по техническому обслуживанию.

Начальник технической службы

Терещенко

А.А.Терещенко

25.05.2020
(подпись)

Техническое задание
Электронный прибор для измерения температуры
Лот 2:

и 541

1. Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Прибор электронный для измерения температуры	21

2. Требования, предъявляемые к закупаемому оборудованию:

- 2.1. Предназначен для измерения и регистрации температуры во времени, с последующей обработкой полученных данных на компьютере;
- 2.2. Область применения - для мониторинга условий хранения лекарственных средств и ИМИ;
- 2.3. Наличие функции фиксирования показаний температуры цифровой индикацией;
- 2.4. Количество каналов измерения -1;
- 2.5. Период регистрации от 1сек до 24 часов, устанавливается в ПО (суточная точность хода не хуже ± 1 сек.);
- 2.6. Тип записи данных циклический, до заполнения;
- 2.7. Тип старта - по времени, по кнопке;
- 2.8. Количество интервалов записи циклов сессий - не менее 20;
- 2.9. Температура: интервал измерения не менее -40 не менее +55 (допустимая погрешность - не более $\pm 0,5$);
- 2.10. Прибор должен работать от батареек (или аналог);
- 2.11. Должна быть регистрация в Государственном реестре средств измерения и допущен к применению в РБ;
- 2.12. Наличие мобильного приложения для аварийного мониторинга посредством мобильного телефона оперативной системы Android;
- 2.13. Фильтрация по максимальному и минимальному значению, по времени;
- 2.14. Выполнять формирование отчётов в формах PDF и Excel;
- 2.15. Функция русского языка;
- 2.16. Наличие поверки и клейма.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку и объема предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара.

- 3.1 Гарантийный срок эксплуатации товара - не менее 24 месяца.
- 3.2 Наличие на территории РБ компании по техническому обслуживанию.

Начальник технической службы

А.А.Терещенко