

Общество с ограниченной ответственностью
"БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел.+375 17 388-16-48
Факс +75 17 320-07-37

Государственное учреждение
«Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь
223028, Минская обл., Минский р-н,
Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка
Ждановичи
Тел. +375 17 543-44-44

Дефектный акт № 722 от 07.09.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования: *LINE NO 1378542*
шкаф для хранения и сушки эндоскопов Scope Store + (ED/SST/V10), серийный номер K 21060
2. Выявленные неисправности:
неисправность соединительных разъемов шкафа
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
замена соединительных разъемов шкафа
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
Соединительный разъем 150007 - 3 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Начальник отдела сервиса

Булавский В. А.



Представитель «Государственное
учреждение «Республиканский клинический
медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь»

Кочетков Радис А.А.
Должность, ФИО

[Signature]
Подпись

01.10.2026 - КП на элентронку