

Приложение

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№, п/п	Наименование	Требуемые параметры	Кол-во
1.1	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Диапазон объема 100-1000 мкл, Шаг регулировки (не более) 1,0 мкл.	6 шт.
1.2.	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Диапазон объема 20-200 мкл, Шаг регулировки (не более) 0,2 мкл.	6 шт.
1.3.	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Диапазон объема 2-50 мкл, Шаг регулировки (не более) 0,1 мкл.	2 шт.
1.4.	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Диапазон объема 1-5 мл., Шаг регулировки (не более) 10 мкл.	4 шт.
1.5.	Для каждой единицы товара в комплект должно входить: руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке, паспорт/свидетельство о заводской поверке (калибровке), ключ или инструмент для калибровки/разборки (если предусмотрено производителем), смазка для поршня (если предусмотрено производителем).		

Технические требования

2.1. Тип дозаторов: механические, воздушного вытеснения, с плавной регулировкой объема.

2.2. Наличие эргономичного корпуса из ударопрочного, химически стойкого материала. Наличие встроенного сбрасывателя наконечников.

2.3. Наличие встроенного цифрового счетчика установленного объема, четко видимого в процессе работы.

2.4. Дозаторы должны быть полностью автоклавируемыми при температуре 121 °С (в течение не менее 20 минут) без необходимости их разборки и последующей калибровки.

2.5. Предлагаемый прибор должен быть внесён в реестр средств измерений.

2.6. Поставляемые дозаторы должны иметь первичную государственную поверку (или метрологическую аттестацию), действительную на момент поставки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.
Разработчики технических требований:

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. О.И. Рабец | врач клинической лабораторной
диагностики клинико-диагностической
лаборатории | 
(подпись) |
| 2. Т.В. Путрик | врач клинической лабораторной
диагностики клинико-диагностической
лаборатории | 
(подпись) |
| 3. И.И. Латыш | фельдшер-лаборант (старший) клинико-
диагностической лаборатории | 
(подпись) |

