

Приложение 1

ЛОТ 22 Нить «Шелк Вирджинский».

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	нить «Шелк Вирджинский» из натурального фиброина волокон шелка-сырца крученая голубая нерассасывающаяся, USP 8/0 metric 0.4, кр. игл. 3/8, Режущая, 2 иглы, дл. игл. 6,4-200, дл. нити 45 см	шт	300

2.Технические требования:

Характеристики нити:

- 1) Гладкое покрытие нитей полимерами должно обеспечивать улучшение скольжения, тем самым способствовать минимальной травматизации при прохождении через ткани, устранение «эффекта пиления»;
- 2) Биологическая инертность с минимальной тканевой реакцией на материал;
- 3) Повышенная сопротивляемость к усталости материала, обеспечивает долговременную прочность.

- 4) Соответствие химического состава нитей;
- 5) Нить должна обладать хорошими манипуляционными свойствами и надежной фиксацией узлов.

Характеристики иглы:

- 6) Изготовлена из специального сплава повышенной прочности, обеспечивает устойчивость к изгибу или поломке иглы;
- 7) Высокая эластичность иглы (способность иглы не ломаться при ее механическом сгибании на 45 градусов от изначального положения);
- 8) Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления;
- 9) Тело иглы с высокой проникающей способностью, отсутствие «эффекта прилипания».
- 10) Игла должна выдерживать не менее 20 вкол-выколов (при наложении анастомозов). Радиус кривизны изогнутых игл должен быть постоянным.
- 11) Диапазон отклонений по длине иглы не более 2%.

Требования к упаковке:

- 12) Товар должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении.
- 13) Нить с иглой упакованы в двойную стерильную упаковку.
- 14) Внутренняя индивидуальная стерильная упаковка с легко отслаивающимися листками, обеспечивающая доступ в одно движение к внутреннему вкладышу.
- 15) Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения и имеет доступ в одно движение к игле.
- 16) Внутренняя упаковка содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, изображение иглы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Товар должен быть новый, гарантия согласно с заводом изготовителем.

Годность и стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем)