

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Реагенты, контрольные и расходные материалы для гематологического анализатора 5-diff (с полной дифференцировкой лейкоцитов на 5 субпопуляций)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой: по 5 популяциям	тест	7000
1.2	Контрольный (не менее 3-х уровней) материал	комплект	Комплекты в соответствии с проведением ежедневного контроля качества по всем уровням в течение 1 года (365 дней)

2. Технические характеристики

2.1. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающий ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам

2.2.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы, расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования, совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п. 1 заявки на закупку.

2.3. Требования, предъявляемые к оборудованию.

2.2.1	Типы исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь
2.2.2	Функция автоматического флажирования патологических результатов
2.2.3	Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок)
2.2.4	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя
2.2.5	Функция считывания штрих-кодов образцов
2.2.6	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований
2.2.7	Встроенная память для хранения результатов выполненных исследований
2.2.8	Интерфейс на русском языке
2.2.9*	Принтер, при отсутствии встроенного
2.2.10	Возможность подключения к персональному компьютеру и принтеру
2.2.11*	Источник бесперебойного питания в комплекте

Примечание: не выполнение пунктов со знаком «*» ведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки согласно аукционным документам

3.2. Гарантийный срок оборудования, предоставляемого в безвозмездное пользование – не менее 12 месяцев, согласно аукционным документам
