

Технические характеристики (описание)

Инструментарий для хирургических операций

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) оборудования	Количество
ЛОТ 1 Ранорасширитель-ретрактор	1. Накладная рамка – 1 шт. 2. Лезвия/крючки 40±10 мм * 60±5 мм – не менее 3 шт. 3. Лезвия 80±5 мм * 90±5 мм – не менее 1 шт. 4. Лезвия 98±5 мм * 50±5 мм – не менее 1 шт. 5. Лезвия 105±5 мм * 35±5 мм – не менее 1 шт.	2 шт
ЛОТ 2 Ранорасширитель Сигала	1. Тиски (для крепления к операционному столу) – 2 шт. 2. Ручка (для регулировки высоты) - 2 шт. 3. Стойка - 2 шт. 4. Кронштейн – 2 шт. 5. Кардан - 2 шт. 6. Опора для кардана – 2 шт. 7. Винт ходовой - 2 шт. 8. Гайка - 2 шт. 9. Крюк №1-малый (шириной 60±5 мм) -2 шт. 10. Крюк №2 - средний (шириной 85±6 мм) - 2шт. 11. Крюк №3 - большой (шириной 110±5 мм) – 2шт.	4 шт
ЛОТ 3 Ранорасширитель реечный	Ранорасширитель реечный (расход зеркал от 0 до 165 - 194 мм)	3 шт
	Ранорасширитель реечный (расход зеркал от 0 до 195 – 210 мм)	3 шт
ЛОТ 4 Зеркало 2-стороннее по Ричардсону		3 шт
ЛОТ 5 Ранорасширитель абдоминальный		2 шт
ЛОТ 6 Электрод петлевой типа «Парус»	Флажок L 25±4мм; W 10мм±4мм	10 шт
	Флажок L 25±4мм; W 15мм±4мм	10 шт
	Флажок L 25±4мм; W 20мм±4мм	10 шт

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Ранорасширитель –ретрактор 1. Круглая/овальная или прямоугольная форма накладной рамки, 300±5мм * 240±5мм. 2. Изготовлен из нержавеющей стали с высокими антикоррозийными свойствами. 3. Многоразового использования.
ЛОТ №2 Ранорасширитель Сигала 1. Изготовлен из нержавеющей стали с высокими антикоррозийными свойствами. 2. Предназначен для использования при операциях на органах брюшной полости. 3. Многоразового использования.
ЛОТ №3 Ранорасширитель реечный 1. Габаритные размеры 240±5 мм на 135±5 мм. 2. Реечная рабочая часть. 3. Изготовлен из нержавеющей стали с высокими антикоррозийными свойствами. 4. Многократного использования.

ЛОТ №4 Зеркало 2-стороннее по Ричардсону

1. Длина инструмента 280 ± 5 мм
2. Ширина рабочей части 50 ± 5 мм * 70-97 мм и 40 ± 5 мм * 35-60 мм.
3. Изготовлен из нержавеющей стали с высокими антикоррозийными свойствами.
4. Многократного использования.

ЛОТ №5 Ранорасширитель абдоминальный

1. Ранорасширитель имеет конструкцию, состоящую из трех зеркал (два из которых одинаковые и имеют одну общую ось крепления с вращением и фиксатором). Два одинаковых зеркала крепятся подвижно с фиксатором на рейке третьего зеркала.
2. Размеры зеркал 80 ± 5 мм * 90 ± 5 мм (1 шт.), 70 ± 5 мм * 85 ± 5 мм (2 шт.).
3. Расход двух одинаковых зеркал от 210 мм до 280 мм.
4. Изготовлен из нержавеющей стали с высокими антикоррозийными свойствами.
5. Многократного использования.

ЛОТ №6 Электрод петлевой типа «Парус»

1. Электрод-парус для конизации общей длиной 130-150 мм и диаметром штекера 4 мм.
2. Диаметр сечения вольфрамовой нити 0,2 - 0,3 мм.
3. Многократного использования.
4. Стерилизуемые.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь)**: документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.