

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов МЕК) для ОЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
1	Реагенты для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6500 К или МЕК 6500 (Nihon Kohden Corporation, Япония)	1. Изотонический раствор / разбавитель (Isotonac-3 или аналог) 2. Канистра не менее 20 л	104 кан.
		1. Раствор лизирующий / гемолизирующий реагент (Hemolynac-3N или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	9 фл.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac или аналог) 2. Канистра не менее 5 л	8 кан.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac-3 или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	18 фл.
2	Реагенты для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6510 К или МЕК 6510 (Nihon Kohden Corporation, Япония)	1. Изотонический раствор / разбавитель Isotonac-3 или аналог) 2. Канистра не менее 20 л	284 кан.
		1. Раствор лизирующий / гемолизирующий реагент (Hemolynac-3N или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	71 фл.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac или аналог) 2. Канистра не менее 5 л	45 кан.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac-3 или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	89 фл.
3	Реагенты для автоматических гематологических анализаторов МЕК 7300 К или МЕК 7300 (Nihon Kohden Corporation, Япония)	1. Изотонический раствор / разбавитель Isotonac-3 или аналог) 2. Канистра не менее 20 л	100 кан.
		1. Раствор лизирующий / гемолизирующий реагент (Hemolynac-3N или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	38 фл.
		1. Раствор лизирующий / гемолизирующий реагент (Hemolynac-5N или аналог) 2. Флакон не менее 1 л	27 фл.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac или аналог) 2. Канистра не более 5 л	22 кан.
		1. Раствор очищающий / детергент (Cleanac-3 или аналог) 2. Флакон не более 1 л	58 фл.
4	Контрольная кровь для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6500 К или МЕК 6500 производства Nihon Kohden Corporation, Япония (3 Diff).	Контрольная кровь, набор не менее 3 фл. (1 фл. - низкий уровень, 1 фл. - нормальный уровень, 1 фл. - высокий уровень); флакон не более 3 мл. Аттестована для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6500 К или МЕК 6500, что должно подтверждаться паспортом или другим документом от производителя.	17 наб.
5	Контрольная кровь для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6510 К или МЕК 6510 производства Nihon Kohden Corporation, Япония (3 Diff).	Контрольная кровь, набор не менее 3 фл. (1 фл. - низкий уровень, 1 фл. - нормальный уровень, 1 фл. - высокий уровень); флакон не более 3 мл. Аттестована для автоматических гематологических анализаторов МЕК 6510 К или МЕК 6510, что должно подтверждаться паспортом или другим документом от производителя..	96 наб.
6	Контрольная кровь для автоматических гематологических анализаторов МЕК 7300 К или МЕК 7300 (Nihon Kohden Corporation, Япония) с полной дифференцировкой лейкоцитарной формулы. (5Diff).	Контрольная кровь, набор не менее 3 фл. (1 фл. - низкий уровень, 1 фл. - нормальный уровень, 1 фл. - высокий уровень); флакон не более 3 мл. Аттестована для автоматических гематологических анализаторов МЕК 7300К или МЕК 7300, что должно подтверждаться паспортом или другим документом от производителя.	16 наб.

9610
11.09.11

2. Технические требования:

2.1. **ЛОТ №4** Контрольная кровь, аттестованная по параметрам для анализаторов 3 Diff и предназначена для контроля качества на автоматическом гематологическом анализаторе MEK 6500 K или MEK 6500 производства Nihon Kohden Corporation, Япония.

2.2. **ЛОТ №5** Контрольная кровь, аттестованная по параметрам для анализаторов 3 Diff и предназначена для контроля качества на автоматическом гематологическом анализаторе MEK 6510 K или MEK 6510 производства Nihon Kohden Corporation, Япония.

2.3. **ЛОТ №6** Контрольная кровь, аттестованная по параметрам для анализаторов 5 Diff и предназначена для контроля качества на автоматическом гематологическом анализаторе MEK 7300 K или MEK 7300 производства Nihon Kohden Corporation, Япония.

2.4. **ЛОТЫ №1-3:** Предлагаемые реагенты должны иметь уникальный штрих-код для считывания анализатором, что позволяет исключить вмешательство оператора в программирование прибора и отслеживать срок годности и количество оставшегося реагента.

2.5. **ЛОТЫ №1-3:** Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для использования на соответствующих моделях автоматического гематологического анализатора: MEK «Nihon Kohden Corporation» (Япония), что должно подтверждаться документально.

2.6. Все предоставляемые документы (инструкции, паспорта к контрольным и калибровочным материалам и др.) должны быть представлены на русском языке.