

лот 1 **Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Катетер двухпросветный высокопоточного типа 9F Состав набора: 2-х просветный катетер; V-образная игла с клапаном, J-образный проводник, шприц, скальпель, дилататор, безыгольный коннектор-заглушка (кратно количеству портов-просветов катетера), соединительный ЭКГ-кабель, зажим	шт.	400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.* Катетер должен быть выполнен из рентгеноконтрастного термолабильного полиуретана, иметь градуировку по длине.

2.2. V-образная канюля с непроницаемым клапаном и боковым портом 18G, длина колющей части от 70мм.

2.3. *Шприц объемом до 10мл, с винтовым соединением.

2.4. Фиксирующий зажим должен быть съемным, передвижным и с возможностью фиксации.

2.5. *Проводник должен иметь J-образный конец и быть изгибоустойчивым, должен иметь градуировку по длине и быть длиной не менее 50 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

Примечание: предложения, которые не соответствуют пунктам задания на закупку со знаком «*» не рассматриваются