

Лог 1

Приложение 1  
к заявке на закупку  
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование                      | Ед. изм. | Количество |
|---|-----------------------------------|----------|------------|
| 1 | Кардиодилататор КД или его аналог | шт       | 2 шт.      |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные по статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 выполнен в виде одноканальной поливинилхлоридной трубки с рентгеноконтрастным наконечником, с фиксированно - раздувным двухслойным (силиконовый и тканевый) баллоном «гантелеобразной» формы. Для контроля положения баллона в пищеводе с двух сторон баллона расположены две рентгеноконтрастные метки.

2.2 - наружный диаметр трубки- 8,0 мм.

2.3 - общая длина кардиодилататора – 1000мм.

2.4 - длина баллона - 160 мм.

2.5 - максимальный диаметр дистальной части баллона -40мм.

2.6 - диаметр «тали» баллона – 35 мм.

2.7 - максимальный диаметр проксимальной части баллона 37 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Согласно аукционным документам организатора

1052

Приложение 2  
к заявке на закупку  
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование                                                           | Ед. изм. | Количество |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 1 | Кардиодилататор КДЭ - для заведения с помощью эндоскопа или его аналог | шт       | 5 шт.      |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные по статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 выполнен в виде одноканальной силиконовой трубки с открытым дистальным концом с фиксированно - раздувным двухслойным (силиконовый и тканевый) баллоном «гантелеобразной» формы.

2.2 - длина трубки 240 мм.

2.3 - наружный диаметр трубки - 14,0 мм.

2.4 - внутренний диаметр трубки - 12,0 мм.

2.5 - длина баллона - 160 мм.

2.6 - максимальный диаметр дистальной части баллона - 40мм.

2.7 - диаметр «тали» баллона – 35 мм.

2.8 - максимальный диаметр проксимальной части баллона 37 мм.

2.9 - отводная трубка для раздувания баллона длиной 1000 мм. с адаптером и крышкой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Согласно аукционным документам организатора