

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки

Изделия для стомированных больных однократного применения для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Номер и наименование ЛОТа	Размер	Количество
ЛОТ №1: Калоприемник однокомпонентный дренируемый	1. Размер вырезаемого отверстия до 40мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	100 штук
	1. Размер вырезаемого отверстия до 50мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	8 350 штук
	1. Размер вырезаемого отверстия до 60мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	9 005 штук
	1. Размер вырезаемого отверстия до 70мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	12 170 штук
	1. Размер вырезаемого отверстия до 100мм (включительно) 2. Объем мешка должен быть от 400 до 500 мл	12 240 штук
ЛОТ №8: Пояс для калоприемников и уроприемников	Длина не менее 100см	350 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1
Калоприемник однокомпонентный дренажный
1.1. Система должна быть однокомпонентная и состоять из сборного непрозрачного мешочка неразделимо спаянного с пластиной с гидроколлоидным покрытием. 1.2. Клеевой слой адгезивной пластины должен обеспечивать фиксацию калоприемника на передней брюшной стенке в течение суток. 1.3. Система должна иметь выполненную типографским способом маркировочную разметку в виде концентрических окружностей, что давало бы возможность увеличивать размер отверстия путем вырезания по контурным линиям до 50мм (включительно), до 60мм (включительно), до 70мм (включительно) и до 100мм (включительно) соответственно. 1.4. Мешочки должны быть изготовлены из непрозрачного многослойного (не менее чем из 3 слоев) полиэтилена, не пропускающего кишечный запах в течение не менее 1-2 суток. 1.5. Мешочки должны иметь мягкую нетканую подложку, которая должна препятствовать прилипанию его к телу. 1.6. Мешки должны быть дренажными и комплектоваться зажимом, который должен позволять опорожнять калоприемник снизу в течение дня по мере наполнения.

ЛОТ №8
Пояс для калоприемников и уроприемников
2.1. Пояс должен надежно удерживать кало- и уроприемников на теле. 2.2. Пояс должен подходить для всех видов кало- и уроприемников, емкости которых имеют крепления для пояса в виде "ушек".

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.