

Приложение №1
к заявке на закупку
Светильник медицинский
передвижной

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
ЛОТ №1: Светильник медицинский передвижной

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий

№	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Светильник медицинский передвижной	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№п/п	Наименование	Параметры
2.1	Гибкое плечо (дуга) с возможностью фиксации выбранного положения	наличие
2.2	Купол со встроенными «LED» источниками света	наличие
2.3	Освещенность светильника	не менее 60000 Люкс
2.4	Источник света – светодиоды	наличие
2.5	Количество светодиодов, не менее	18шт.
2.6	Общая мощность светильника, не менее	36 Вт
2.7	Регулировка светильника по высоте в диапазоне	0,8 – 1,85 м
2.8	Основание светильника на колесах	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.