

Приложение к заявке № 1

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол- во
1.	Игла для аспирации костного мозга	штук	100

2. Технические требования.

2.1. Игла имеет тройную заточку.

2.2. Диаметр иглы= 15 G.

2.3. Глубина проникновения иглы контролируется с помощью миллиметровой шкалы и ограничителя. Регулируемая длина иглы от 10-28 мм до 48-50 мм.

2.4. Наличие коннектора «Луер-Лок» для присоединения шприца (любого) необходимого объема с целью аспирации биоматериала.

2.5. Игла стерильная, однократного применения.

3. Требования к гарантийному сроку: срок годности товара (стерильности) на момент поставки должен составлять не менее 60% от установленного изготовителем.