

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Лот №1 Реагенты для проведения исследований на гематологическом анализаторе BC-720 (R), производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., (Китай)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.	Дилуэнт DS Diluent или аналог (упаковка не менее 20л)	л	200
2	Реагент лизирующий M-6LD Lyse или аналог (упаковка не менее 4 л)	л	16
3.	Краситель M-6FD Dye или аналог(упаковка не менее 48 мл)	мл	384
4.	Реагент лизирующий M-6LH Lyse или аналог(упаковка не менее 4 л)	л	8
5.	Дилуэнт M-6DR DILUENT или аналог (упаковка не менее 4 л)	л	8
6.	Реагент для СОЭ ESR Solution или аналог(упаковка не менее 4 л)	л	8
7.	Реагент для очистки зонда Probe Cleanser или аналог (упаковка не менее 50 мл)	мл	300
8.	Краситель FR (M-6FR Dye) или аналог (упаковка не менее 48 мл)	мл	96

2. Технические требования:

Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой гематологического анализатора BC-720 (R), производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.,(Китай)

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Инструкция по применению на русском языке;

2.4 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой анализатора (путем считывания штрих-кода)

2.5 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.5.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

3.2 товар должен быть новым, то есть товаром, который не был в употреблении, ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

3.3 Бесплатная замена товара при выявлении производственных либо транспортных дефектов продукции

Лот №2 Контрольный материал для гематологического анализатора BC-720 (R) производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd.,(Китай)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.	Контрольный материал низкого уровня	флакон	4
2	Контрольный материал нормального уровня	флакон	4
3.	Контрольный материал высокого уровня	флакон	4

Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Предлагаемые контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования, что подтверждается «Руководством пользователя» гематологического анализатора **BC 720 (R), производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,Ltd., (Китай)**, или быть аттестованы для применения на данной аналитической системе (подтверждено документально);

2.2 должны быть аттестованы по анализам, которые исследуются на аналитической системе: WBC ,Nei Lym#,Mon#, Eos# ,Bas#, Neu%, Lym%,Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-C RDW-SD ,PLT, PLT-H, MPV, PDW ,PCT, P-LCR, P-LCC ,IMG#, IMG% ,NRBC#, NRBC%, IPF, ESR.

2.3 из расчёта 1 фл не менее 1,5 мл;

2.4 обеспечивать стабильность вскрытого флакона контрольного материала в течение срока, указанного инструкции по применению;

2.5 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.6 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями по анализам:WBC ,Nei Lym#,Mon#, Eos# ,Bas#, Neu%, Lym%,Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-C RDW-SD ,PLT, PLT-H, MPV, PDW ,PCT, P-LCR, P-LCC ,IMG#, IMG% ,NRBC#, NRBC%, IPF, ESR

2.7 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и помощи при использовании предложенных контрольных материалов в части применения и получения некорректных результатов;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1срок годности с момента поставки- не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

3.2 условия хранения и транспортировки должны соответствовать маркировке товара

3.3Бесплатная замена товара при выявлении производственных либо транспортных дефектов продукции

Лот№3 Контрольный материал RET для гематологического анализатора «BC-720|R|», производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., Китай.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Контрольный материал низкого уровня	флакон	4
2	Контрольный материал нормального уровня	флакон	4
3	Контрольный материал высокого уровня	флакон	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 1 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 предлагаемые контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования, что подтверждается «Руководством пользователя» гематологического анализатора **«BC 720|R|», производства «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.» (Китай)**, (подтверждено документально);

2.2 наличие паспорта контрольного материала на русском языке с аттестованными значениями , которые исследуются на аналитической системе;

2.3 обеспечивать стабильность вскрытого флакона контрольного материала в течение срока, указанного инструкции по применению;

2.4 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и помощи при использовании предложенных контрольных материалов в части применения и получения некорректных результатов;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем;

3.2. условия хранения и транспортировки должны соответствовать маркировке товара.

Разработчики:

Врач клинической лабораторной
диагностики (заведующий КДЛ)



Н.А.Король


Фельдшер-лаборант(старший)



Ж.П.Винничук

СОГЛАСОВАНО:

Главный внештатный специалист
по лабораторной диагностике
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома



А.В. Маркевич

« 28 » 09 2026 г